

Приложение к заявке № 440 от

Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты и контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора Sysmex 350

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований	Условия поставки
Лот 1 Реагенты для автоматического гематологического анализатора Sysmex 350				
1.1	CELLPACK DCL	литры	320 литров	Транспортом поставщика по заявкам
1.2	LYSERCELL WDF	1 уп./ 2 л	8 уп.	Транспортом поставщика по заявкам
1.3	FLUOROCCELL WDF	1 уп./ 2×22 мл	4 уп.	Транспортом поставщика по заявкам
1.4	SULFOLYSER	1 уп./ 3х500мл	5 уп.	Транспортом поставщика по заявкам
1.5	CELLCLEAN	1 уп./ 50 мл	6 уп.	Транспортом поставщика по заявкам

Дополнительные требования:

1. Реагенты и контрольные материалы должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
2. Предлагаемые реагенты и контрольный материал должны быть совместимы для применения производителем оборудования «Sysmex Corporation», Япония, что подтверждается «Руководством пользователя» гематологического анализатора XN-350.
3. Контрольные материалы должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматических гематологических анализаторов серии XN 350 производства «Sysmex Corporation» (Япония) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций.
4. Контрольные материалы должны быть аттестованы для использования на гематологическом анализаторе XN-350, производства «Sysmex Corporation»,

6. Реагенты и контрольный материал должны быть оригинального производства в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

Врач клинической лабораторной диагностики
(заведующий)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a cursive 'V' and a horizontal stroke.

И.В. Анташкевич