

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чонгарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBY2X УНП 400052327

24.07.2026 № 4-14/245
На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на *«Изделия для стомированных больных однократного применения для УЗ Гомельской области»* (см. Приложение 1) *в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **24.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

01-07-2026

Приложение 1
к объединенной заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Изделия для стомированных больных однократного применения для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Размер	Количество
ЛОТ №1: Калоприемник однокомпонентный дренажный	1. Размер вырезаемого отверстия до 40мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	100 штук
	1. Размер вырезаемого отверстия до 50мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	8 350 штук
	1. Размер вырезаемого отверстия до 60мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	9 005 штук
	1. Размер вырезаемого отверстия до 70мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	12 170 штук
	1. Размер вырезаемого отверстия до 100мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	12 240 штук
ЛОТ №2: Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками (с диаметром фланцевого соединения 41-50мм)	1. Дренажный стомный мешок с диаметром фланцевого соединения 41-50мм, соответствующий пластине по диаметру соединения 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	71 460 штук
	1. Адгезивная пластина с вырезаемым отверстием 2. Размер фланцевого соединения пластины должен совпадать с размером фланцевого соединения предлагаемого мешочка дренажного	39 370 штук
ЛОТ №3: Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками (с диаметром фланцевого соединения 51-60мм)	1. Дренажный стомный мешок с диаметром фланцевого соединения 51-60мм, соответствующий пластине по диаметру соединения 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	93 500 штук
	1. Адгезивная пластина с вырезаемым отверстием 2. Размер фланцевого соединения пластины должен совпадать с размером фланцевого соединения предлагаемого мешочка дренажного	49 667 штук
ЛОТ №4: Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками (с диаметром фланцевого соединения 61-70мм)	1. Дренажный стомный мешок с диаметром фланцевого соединения 61-70мм, соответствующий пластине по диаметру соединения 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	86 770 штук
	1. Адгезивная пластина с вырезаемым отверстием 2. Размер фланцевого соединения пластины должен совпадать с размером фланцевого соединения предлагаемого мешочка дренажного	45 690 штук
ЛОТ №5: Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками (с диаметром фланцевого соединения 91-100мм)	1. Дренажный стомный мешок с диаметром фланцевого соединения 91-100мм, соответствующий пластине по диаметру соединения 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	22 010 штук
	1. Адгезивная пластина с вырезаемым отверстием 2. Размер фланцевого соединения пластины должен совпадать с размером фланцевого соединения предлагаемого мешочка дренажного	12 318 штук
ЛОТ №6: Уроприемник в комплекте с мешками (для уrostомы)	1. Мешочек со встроенным сливным клапаном, с диаметром фланцевого соединения до 60мм 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	780 штук
	1. Адгезивная пластина адгезивная с вырезаемым отверстием 2. Размер фланцевого соединения пластины должен совпадать с размером фланцевого соединения предлагаемого мешочка дренажного	390 штук
ЛОТ №7: Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы	Не менее 60гр.	14 249 штук
ЛОТ №8: Пояс для калоприемников и уроприемников	Длина не менее 100см	350 штук

ИХ № 6936
30.06.2016

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1 Калоприемник однокомпонентный дренируемый
1.1. Система должна быть однокомпонентная и состоять из сборного непрозрачного мешочка неразделимо спаянного с пластиной с гидроколлоидным покрытием. 1.2. Клеевой слой адгезивной пластины должен обеспечивать фиксацию калоприемника на передней брюшной стенке в течение суток. 1.3. Система должна иметь выполненную типографским способом маркировочную разметку в виде концентрических окружностей, что давало бы возможность увеличивать размер отверстия путем вырезания по контурным линиям до 50мм (включительно), до 60мм (включительно), до 70мм (включительно) и до 100мм (включительно) соответственно. 1.4. Мешочки должны быть изготовлены из непрозрачного многослойного (не менее чем из 3 слоев) полиэтилена, не пропускающего кишечный запах в течение не менее 1-2 суток. 1.5. Мешочки должны иметь мягкую нетканую подложку, которая должна препятствовать прилипанию его к телу. 1.6. Мешки должны быть дренируемыми и комплектоваться зажимом, который должен позволять опорожнять калоприемник снизу в течение дня по мере наполнения.
ЛОТ №2-5 Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками
2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок. 2.2. Пластина на коже пациента должна герметично удерживаться не менее 4-х суток. 2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций. 2.4. Пластины должны иметь выполненную типографским способом маркировочную разметку в виде концентрических окружностей. 2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу. 2.6. Стомийный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию его к телу. 2.7. Стомийный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в течение не менее 2-х суток. 2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации. 2.9. Стомийный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), герметизирующий мешок. 2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.
ЛОТ №6 Уроприемник в комплекте с мешками (для уростомы)
2.1. Мешочки должны быть изготовлены из полиэтилена. 2.2. Система должна иметь встроенную гипоаллергенную гидроколлоидную клеевую (адгезивную) пластину спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому.
ЛОТ №7 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы
2.1. Паста должна быть однородной по структуре.

ЛОТ №8

Пояс для калоприемников и уроприемников

2.1. Пояс должен надежно удерживать кало- и уроприемников на теле.

2.2. Пояс должен подходить для всех видов кало- и уроприемников, емкости которых имеют крепления для пояса в виде "ушек".

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.