

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1 Кассета гравитационного типа, в комплекте с У/З наконечником и ирригационными рукавами для микроаксиального фако через разрезы 2,2-2,4мм к системе Centurion.

- 60 шт.

2. Технические требования:

1.1 Закрытая, неразборная система кассеты.

2.2. Комплект должен быть стерилизован и готов к немедленному использованию.

2.3. Кассета должна быть укомплектована У/З наконечником (минимум 1 шт. в каждой кассете) для факоэмульсификации, срез отверстия 45 градусов, изогнутый дизайн типа «Balanced» либо аналог, диаметр 0,9мм

2.4. Кассета должна быть укомплектована ирригационными патрубками для микроаксиального фако через разрезы 2,2-2,4мм

2.5. Полная совместимость с системой офтальмологической хирургической Centurion.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно аукционным документам организатора