


№ п/п	Наименование	Количество	Технические характеристики
1.	Матрацы влагоустойчивые 1900*900*120	86	1. Матрацы должны быть предназначены для использования на гибком, эластичном или твердом основании. 2. Матрацы могут применяться для взрослых и детей. 3. Матрац должен иметь не менее 3-х внутренних слоев. Характеристика внутренних слоев: - Изготовлены из пенополиуретана вторичного вспенивания - Встроенные слои должны иметь различную степень жесткости, обеспечивающую равномерное и эргономичное распределение тела человека, с учетом анатомических изгибов 4. Матрац должен быть одет в съемный чехол на молнии. Характеристики чехла: - Выполнен из влагоустойчивого полимерного материала. - Чехол должен быть устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. - Не должен обладать кожно-раздражающим действием.
2.	Матрацы влагоустойчивые 1950*800*90	70	
3.	Матрацы влагоустойчивые 1980*900*120	38	
4.	Матрацы влагоустойчивые 2000*900*100	150	
5.	Матрацы влагоустойчивые 2000*900*170	20	
6.	Матрацы влагоустойчивые 1900*840*120	20	
7.	Чехлы для матраца 2000*900*100	129	1. Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для матраца медицинского должен состоять из влагоустойчивого полимерного полотна на застежке (типа молния). 2. Чехол должен быть устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
8.	Чехлы для матраца 2000*900*150	45	
9.	Чехлы для матраца 1930*870*100	39	
10.	Чехлы для матраца 1900*840*150	15	
11.	Чехлы для матраца 1900*850*100	59	
12.	Изделия влагоустойчивые медицинские (подушка для вентилляции)	241	1. Подушка для вентилляций прямоугольной формы. 2. Выполнена из влагоустойчивого (водонепроницаемого) верхнего чехла с водонепроницаемой застежкой (типа молния), обеспечивающей условия для очистки и дезинфекции. 3. Размеры: не менее 200*100*60, не более 250мм*150мм*90мм

Главный внештатный специалист главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета



О.В.Бучина