

## Приложение 1

## 1. Состав 1 комплекта:

| №<br>п/п | Наименование                 | Кол-во |
|----------|------------------------------|--------|
| 1.1      | Запайщик пакетов электронный | 1      |

## 2. Технические характеристики столов операционных с принадлежностями для хирургии

| № п/п | Технические характеристики                             | Базовые параметры                       |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1   | Габаритные размеры без держателя для рулонов           | 500 х 210 х 240 ( $\pm 20$ ) мм (ШхВхГ) |
| 2.2   | Источник питания                                       | 220-230 В / 50-60 Гц                    |
| 2.3   | Максимальная потребляемая мощность                     | 500 Вт (общая)                          |
| 2.4   | Ширина шва                                             | 12.5 ( $\pm 1$ ) мм.                    |
| 2.5   | Скорость запаивания                                    | Не менее 6м/мин                         |
| 2.6   | Электронный контроль температуры                       | от 30С до 200С                          |
| 2.7   | Максимальная ширина рулона                             | 310 ( $\pm 10$ )мм                      |
| 2.8   | Масса                                                  | не более 20 кг                          |
| 2.9   | Функция проставления данных на стерилизационном пакете | наличие                                 |

## 3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования не менее 12 месяцев даты ввода оборудования в эксплуатацию