

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Единица измерения	Кол-во
1.	Одноходовой катетер 22G (набор)	размер 22G, длина 10-15 см, диаметр катетера наружный 0,8-1,0, внутренний 0,5-0,6 мм.	шт.	30
2.	Одноходовой катетер 16G (набор)	размер 16G, длина 20-22 см, диаметр катетера наружный 1,6-1,8 мм, внутренний 1,1-1,2 мм.	шт.	750
3.	Двухходовой детский катетер 5F (набор)	катетер 5F, длина 20-22 см, диаметр катетера наружный 1,6-1,8 мм, внутренние 18G и 20G.	шт.	220
4.	Двухходовой катетер 7F длина 20 см (набор)	катетер 7F, длина 20-25 см, диаметр катетера наружный 2,3-2,5 мм, внутренние 16G и 16G.	шт.	50
5.	Трехходовой катетер 7F длина 20 см (набор)	катетер 7F, длина 20-25 см, диаметр катетера наружный 2,3-2,5 мм, внутренние 16G, 18G, 18G.	шт.	10
6.	Трёхходовой катетер детский длина 20см (набор)	катетер детский, длина 20-25 см, диаметр катетера наружный 1,6-1,8 мм, внутренние 20G, 22G, 22G.	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Стерильность, индивидуальная упаковка.

2.2. В набор входит: катетер, проводник, игла, расширитель (дилататор), шприц луер-лок.

2.3. Катетер полиуретановый с мягким кончиком.

2.4. Катетер рентген контрастный.

2.5. Наличие нитилонового изгиб устойчивого проводника с гибким J – наконечником для катетеризации вен по Сельдингеру.

2.6. Наличие двух пар фиксирующих крыльев – подвижные и неподвижные – обеспечивают надежную фиксацию катетера и позволяет выбрать длину установки катетера в зависимости от возраста ребенка.

2.7. Наличие кабеля ЭКГ – контроля - позволяет контролировать постановку катетера путем наблюдения изменений на ЭКГ, без применения рентгеновского излучения.

2.8. Наличие скользящего зажима на удлинительной линии для кратковременного прерывания инфузии.

2.9. Для поз.2, 4 - наличие V-образной иглы с непроницаемым клапаном и боковым портом для предотвращения воздушной эмболии, защиты от контакта с кровью пациента, снижения риска инфицирования и кровопотери. Для поз.3,5 – наличие самоклеющегося фиксатора катетера и съемной насадки направителя для проведения тонкого проводника.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Поз.	Наименование	Состав	Единица измерения	Количество
1.	Центральный катетер для длительного венозного доступа Bivias 4F (набор)	Катетер 4F, туннельная игла, 2 туннельных стержня (пластиковый и металлический), проводник с отслаиваемой оболочкой, скальпель.	шт.	10
2.	Центральный катетер для длительного венозного доступа Bivias 5F (набор)	Катетер 5F, туннельная игла, 2 туннельных стержня (пластиковый и металлический), проводник с отслаиваемой оболочкой, скальпель.	шт.	5
3.	Центральный катетер для длительного венозного доступа Bivias 7F (набор)	Катетер 7F, туннельная игла, 2 туннельных стержня (пластиковый и металлический), проводник с отслаиваемой оболочкой, скальпель.	шт.	15
4.	Центральный катетер для длительного венозного доступа Bivias 9F (набор)	Катетер 9F, туннельная игла, 2 туннельных стержня (пластиковый и металлический), проводник с отслаиваемой оболочкой, скальпель.	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Стерильность, индивидуальная упаковка.

2.2. Антимикробный силиконовый катетер Bivias с ионами серебра для длительного венозного доступа – дает возможность катетеру находиться в вене длительное время за счет антибактериальных свойств ионов серебра, которые являются не поверхностным покрытием, а введены в материал, из которого изготавливается трубка катетера. Таким образом, снижается риск катетер ассоциированных инфекций. Срок стояния в вене 2-6 месяцев.

2.3. Катетер силиконовый, рентген контрастный.

2.4. Наличие подкожной манжеты для фиксации катетера в мягких тканях обеспечивает защиту катетера от самопроизвольного извлечения, адекватный кровоток в обоих направлениях; уменьшает риск тромб-образования.

2.5. Длина общая – 75-90 см, используемая – не менее 50 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№	Наименование	Состав	Ед. изм.	Кол-во
1.	Периферически имплантируемый центральный венозный катетер одно просветный размером 4Fr (набор)	-Антимикробный биостабильный полиуретановый катетер с возможностью проксимального укорочения. -Сосудистая входящая канюля для пункции периферической вены. -Нитиноловый проводник. -Интродьюссер, полностью извлекаемый (расщепляемая конструкция) после установки катетера. -Измерительная лента. - Фиксирующее устройство.		30
2.	Периферически имплантируемый центральный венозный катетер одно просветный размером 5Fr (набор)	-Антимикробный биостабильный полиуретановый катетер с возможностью проксимального укорочения. -Сосудистая входящая канюля для пункции периферической вены. -Нитиноловый проводник. Интродьюссер, полностью извлекаемый (расщепляемая конструкция) после установки катетера. -Измерительная лента. - Фиксирующее устройство.	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Стерильность, индивидуальная упаковка

2.2. Периферически имплантируемый центральный венозный катетер для длительного венозного доступа. Срок стояния в вене более 30 дней.

2.3. Катетер должен изготовлен из рентген-контрастного биостабильного полиуретана.

2.4. Для катетера 4Fr: наружный диаметр 1,35мм, внутренний диаметр 4Fr, длина 55-75см.

Для катетера 5Fr: наружный диаметр 1,65-1,75мм, внутренний диаметр 5Fr, длина 55-75см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.