

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Анализатор аудиологический	шт.	1
2.	Зонд для регистрации ОАЭ	шт.	1
3.	Наконечник зонда отоакустической эмиссии	шт.	3
4.	Ушные вкладыши детские для анализатора аудиологического	комплект	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Технические характеристики	
2.1.1.	Процесс исследования должен быть автоматизирован с момента установки зонда в ушной канал до получения результатов	Наличие
2.1.2.	Результат скрининга должен быть отображен на экране прибора - тест пройден/тест не пройден	Наличие
2.1.3.	Диапазон частот для регистрации отоакустической эмиссии, Гц, не менее	от 500 до 5000
2.1.4.	Диапазон интенсивности стимула при регистрации отоакустической эмиссии, дБ УЗД, не менее	от 30 до 90

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.