

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

ЛОТ № 1			
1	Реагентный пак ISE	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430. Реагент для измерения концентрации калия (K ⁺), натрия (Na ⁺) и хлора (Cl ⁻) в сыворотке, плазме или моче человека; - Фасовка Буфера А 460 мл, Буфера Б 360 мл; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально.	12 упак.
2	Na электрод	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Ионоселективный электрод для определения ионов натрия прямым методом; - Диапазон измерений в сыворотке от 100 до 200 ммоль/л; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально.	2 шт.
3	K электрод	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Ионоселективный электрод для определения ионов калия прямым методом; - Диапазон измерений в сыворотке от 1 до 8 ммоль/л; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально.	2 шт.
4	Cl электрод	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Ионоселективный электрод для определения хлорид-ионов прямым методом; - Диапазон измерений в сыворотке от 50 до 150 ммоль/л; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально.	2 шт.
5	Референсный электрод	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально.	2 шт.
6	Раствор для очистки ISE	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430. Раствор для очистки реакционной системы модуля ISE; - Активный компонент раствора – ПАВ, антисептический компонент; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического	2 упак.

		биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально.	
7	Раствор натриевый для очистки	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430. Раствор для удаления жировых и белковых компонентов, адсорбированных на поверхности натриевого электрода модуля ISE; - Активный компонент раствора – фторид аммония; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально.	2 упак.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристики
2.1.	Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором «BS-430», производства Mindray (Китай), что должно быть подтверждено документально.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.