

*Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).*

**«Консоль медицинская настенная амагнитная совместимая с МРТ с индукцией магнитного поля не менее 1,5 (полтора) Тесла». Закупается 1 комплект.**

| № п/п | Состав (комплектация оборудования)                                                                          | Кол-во (штук) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.    | Консоль медицинская настенная амагнитная, совместимая с МРТ с индукцией магнитного поля 1,5 (полтора) Тесла | 1 шт.         |
| 2.    | Блок из 8-ти (пяти)электрических суммарная мощность подключаемой аппаратуры                                 | 1 шт.         |
| 3.    | Разъем выравнивания потенциалов                                                                             | 2 шт.         |
| 4.    | разъем ПЦ45                                                                                                 | 2 шт.         |
| 5.    | Газовые разъемы, стандарт DIN кислород                                                                      | 2 шт.         |
| 6.    | Газовые разъемы, стандарт DIN сжатый воздух                                                                 | 2 шт.         |
| 7.    | Газовые разъемы, стандарт ОШ вакуум                                                                         | 2 шт.         |
| 8.    | Газовый разъем отвода отработанных газов (AGSS)                                                             | 1 шт.         |

## 2. Технические требования:

2.1 Консоль медицинская настенная амагнитная (совместимая с МРТ с индукцией магнитного поля не менее 1,5 (полтора) Тесла), специально спроектированная для применения в кабинетах с МРТ установкой.

2.2 Электрические розетки, суммарная мощность подключаемой аппаратуры: 4 кВт; напряжение 220 В, частота 50 Гц; с контрольным индикатором, закрывающимися крышками. Из 8-ти розеток 2 (две) должны быть предусмотрены для подключения потребителей первой особой категории, для чего их закрывающие крышки или весь корпус этих розеток должны быть выделены отдельным цветом. \*

\* - невозможность выполнения пункта ведет к отказу в участии в конкурсе

## 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

*Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).*

**«Консоль медицинская настенная. Закупается 1 комплект.**

| № п/п | Состав (комплектация оборудования)                                          | Кол-во (штук) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.    | Консоль медицинская настенная                                               | 1 шт.         |
| 2.    | Блок из 6-ти (пяти)электрических суммарная мощность подключаемой аппаратуры | 1 шт.         |
| 3.    | Разъем выравнивания потенциалов                                             | 2 шт.         |
| 4.    | разъем ПЦ45                                                                 | 2 шт.         |
| 5.    | Газовые разъемы, стандарт DIN кислород                                      | 2 шт.         |
| 6.    | Газовые разъемы, стандарт DIN сжатый воздух                                 | 2 шт.         |
| 7.    | Газовые разъемы, стандарт ОШ вакуум                                         | 2 шт.         |
| 8.    | Газовый разъем отвода отработанных газов (AGSS)                             | 1 шт.         |

## 2. Технические требования:

2.1 Электрические розетки, суммарная мощность подключаемой аппаратуры: 4 кВт; напряжение 220 В, частота 50 Гц; с контрольным индикатором, закрывающими крышками. Из 6-ти розеток 2 (две) должны быть предусмотрены для подключения потребителей первой особой категории, для чего их закрывающие крышки или весь корпус этих розеток должны быть выделены отдельным цветом. \*

\* - невозможность выполнения пункта ведет к отказу в участии в конкурсе

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности), согласно аукционным документам организатора