



ОТЧЕТ				
Дата:	30.04.2026			
Контракт / Договор	65C/26			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента РБ			
Оборудование	Vivid iq			
Серийный номер	630748WX0 <i>м/з 30.04.2026</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:	Поломка крышки			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Выявлена поломка крышки и завес открытия аппарата. Ремонт крышки и завес аппарата невозможен. Требуется ремонт аппарата с заменой крышки на новую.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Крышка аппарата			1 шт.
2	Завесы открытия крышки			1 шт.
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Княк Д.А., инженер 1-й категории	ФИО, должность	<i>Калышова О.О.</i> <i>Марчук Д.В.</i>	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- *неисправная медицинская техника* — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- *работоспособность медицинской техники* — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.