

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
краников трехходовых**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №   | Наименование       | Ед. изм. | Количество |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 1.1 | Краник трехходовой | штука    | 350 000    |

**2. Показатели (характеристики)**

- 2.1. Соединение адаптировано к инфузионным системам: винтовое соединение и наличие трехходового краника;
- 2.2. Краники предназначены для инфузионной терапии, в том числе внутривенной;
- 2.3. В краниках трехходовых поворот должен осуществляться на 360 градусов;
- 2.4. Переключатель в трехходовых краниках должен фиксировать клапан;
- 2.5. Стерильно, индивидуальная упаковка.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1 Согласно аукционным документам