

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Трубки эндотрахеальные медицинские для УЗ Гомельской области

Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №2 Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления (маленький размер)	№2,5 с манжетой низкого давления	126 штук
ЛОТ №3 Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления	№3,0 с манжетой низкого давления	260 штук
	№3,5 с манжетой низкого давления	300 штук
	№4,0 с манжетой низкого давления	1 240 штук
	№4,5 с манжетой низкого давления	1 280 штук
	№5,0 с манжетой низкого давления	1 310 штук
	№5,5 с манжетой низкого давления	1 170 штук
	№6,0 с манжетой низкого давления	2 650 штук
	№6,5 с манжетой низкого давления	3 290 штук
	№7,0 с манжетой низкого давления	19 170 штук
	№7,5 с манжетой низкого давления	28 810 штук
	№8,0 с манжетой низкого давления	11 600 штук
	№8,5 с манжетой низкого давления	2 400 штук
ЛОТ №4 Трубка эндотрахеальная с манжетой (армированная)	№9,0 с манжетой низкого давления	655 штук
	№5,0 с манжетой низкого давления	10 штук
	№5,5 с манжетой низкого давления	10 штук
	№6,0 с манжетой низкого давления	120 штук
	№6,5 с манжетой низкого давления	142 штук
	№7,0 с манжетой низкого давления	897 штук
	№7,5 с манжетой низкого давления	1160 штук
	№8,0 с манжетой низкого давления	340 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №2

Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления (маленькие размеры)

ЛОТ №3

Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления

- 2.1. Дистальный конец трубки должен быть закругленной формы;
- 2.2. Наличие рентгеноконтрастной полосы, позволяющей беспрепятственно определять положение трубки при проведении рентгенологического исследования;
- 2.3. Наличие несмываемой маркировки, позволяющей контролировать глубину интубации;
- 2.4. Наличие вспомогательного баллона с обратным клапаном для контроля давления в манжете;
- 2.5. Должны быть стерильными.
- 2.6. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

ЛОТ №4

Трубка эндотрахеальная с манжетой (армированная)

- 2.1. Трубка должна быть армирована металлической спиралью, которая позволяет сохранить гибкость трубки;
- 2.2. Дистальный конец трубки должен быть закругленной формы;
- 2.3. Наличие несмываемой маркировки, позволяющей контролировать глубину интубации;
- 2.4. Наличие вспомогательного баллона с обратным клапаном для контроля давления в манжете;
- 2.5. Должны быть стерильными.
- 2.6. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.
4. Требования о наличии технической документации и иной информации:
 - 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
 - 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.