

ЛОТЫ № 1-2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Контуров дыхательных

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	состав	Количество, шт
ЛОТ №1 Контур дыхательный одноразовый	1. Контур дыхательный анестезиологический без влагосборника	1 Трубка гофрированная 1,8м-2шт. 2 Трубка гофрированная 0,8-0,9м- 2 шт. 3 Прямой адаптер -7 шт. 4 Y-адаптер с портами-1шт. 5 Шарнирный угловой адаптер с портом -1шт. 6 Угловой адаптер -1шт. 7 Маска дыхательная №5 - 1шт. 8 Фильтр бактериальный 1 шт. 9 Мешок дыхательный 2л -1 шт. * В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура.	400
	2. Контур дыхательный с 2 влагосборниками	1 Трубка 0,8- 0,9м - 5шт. 2 Прямой адаптер -4шт. 3 Y-адаптер -1шт. 4 Влагосборник – 2шт. 5 Шарнирный угловой адаптер -1шт. 6 Маска дыхательная №5 - 1шт 7 Фильтр -1 шт. * В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу	300
ЛОТ №2 Контур дыхательный одноразовый педиатрический	1. Контур дыхательный анестезиологический педиатрический без влагосборника	1 Трубка гофрированная 1,8м - 2шт. 2 Трубка гофрированная 0,8-0,9м - 2шт. 3 Y-адаптер -1шт. 4. Прямой адаптер - 6шт. 5 Угловой шарнирный адаптер -1шт. 6 Мешок дыхательный 2л -1 шт. 7 Переходник к мешку дыхательному – 1шт. 8 Маска дыхательная №2, №3 -по 1 шт. 9 Фильтр бактериальный 2 шт. * В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура.	5
	2. Контур дыхательный педиатрический с 2 влагосборниками	1 Трубка 0,8-0,9м - 5шт. 2. Прямой адаптер - 4шт. 3 Y-адаптер -1шт 4 Влагосборник – 2шт. 5 Угловой адаптер (шарнирный) -1шт. 6 Маска дыхательная № 3 - 1шт 7 Фильтр -1 шт. * В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура.	5

2. Технические требования:

2.1	ЛОТ №1 Контур дыхательный одноразовый	1. Контур дыхательный анестезиологический без влагосборника:	Компоненты, входящие в состав контура, должны быть упакованы в отдельную упаковку.
2.2.		2. Контур дыхательный с 2 влагосборниками:	Контур должен иметь трубки антимикробные гофрированные конфигурируемые
2.3.	ЛОТ №2 Контур дыхательный одноразовый педиатрический	2. Контур дыхательный педиатрический с 2 влагосборниками	
2.4.	предназначен для наркозно-дыхательной аппаратуры ИВЛ		
2.5.	однократного применения		
2.6.	Стерильный.		

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Контуров дыхательных

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	состав	Количество, шт
ЛОТ 3 Контур дыхательный одноразовый	1. Контур дыхательный анестезиологический без влагосборника	1 Трубка гофрированная 1,8м-2шт. 2 Трубка гофрированная 0,8-0,9м- 2 шт. 3 Прямой адаптер -7 шт. 4 Y-адаптер с портами-1шт. 5 Шарнирный угловой адаптер с портом -1шт. 6 Угловой адаптер -1шт. 7 Маска дыхательная №5 - 1шт. 8 Фильтр бактериальный 1 шт. 9 Мешок дыхательный 2л -1 шт. * В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура.	30
	2. Контур дыхательный с 2 влагосборниками	1 Трубка 0,8- 0,9м - 5шт. 2 Прямой адаптер -4шт. 3 Y-адаптер -1шт. 4 Влагосборник – 2шт. 5 Шарнирный угловой адаптер -1шт. 6 Маска дыхательная №5 - 1шт 7 Фильтр -1 шт. * В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура.	30
ЛОТ № 4 Контур дыхательный одноразовый педиатрический	1. Контур дыхательный анестезиологический педиатрический без влагосборника	1 Трубка гофрированная 1,8м - 2шт. 2 Трубка гофрированная 0,8-0,9м - 2шт. 3 Y-адаптер -1шт. 4. Прямой адаптер - 6шт. 5 Угловой шарнирный адаптер -1шт. 6 Мешок дыхательный 2л -1 шт. 7 Переходник к мешку дыхательному – 1шт. 8 Маска дыхательная №2, №3 -по 1 шт. 9 Фильтр бактериальный 2 шт. * В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура.	5
	2. Контур дыхательный педиатрический с 2 влагосборниками	1 Трубка 0,8-0,9м - 5шт. 2. Прямой адаптер - 4шт. 3 Y-адаптер -1шт 4 Влагосборник – 2шт. 5 Угловой адаптер (шарнирный) -1шт. 6 Маска дыхательная № 3 - 1шт 7 Фильтр -1 шт. * В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура.	5

2. Технические требования:

2.1	ЛОТ №3 Контур дыхательный одноразовый	1. Контур дыхательный анестезиологический без влагосборника:	Компоненты, входящие в состав контура, должны быть упакованы в отдельную упаковку.
2.2.		2. Контур дыхательный с 2 влагосборниками:	Контур должен иметь трубки антимикробные гофрированные конфигурируемые
2.3.	ЛОТ №4 Контур дыхательный одноразовый педиатрический	2. Контур дыхательный педиатрический с 2 влагосборниками	
2.4.	предназначен для наркозно-дыхательной аппаратуры ИВЛ		
2.5.	однократного применения		
2.6.	Стерильный.		

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Контур дыхательный для анестезиологии и реанимации

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация)	Ед. изм.	Количество
Лот 5	Контур дыхательный для анестезиологии	1. Трубки - 3 шт. 2. Y-образный соединитель - 1 шт. 3. Адаптер прямой - 4 шт. 4. Адаптер угловой - 1 шт. 5. Фильтр - 1 шт. 6. Мешок дыхательный - 1 шт. 7. Маска лицевая - 1 шт. 8. Шарнирный угловой адаптер с портом 9. В комплект могут включены дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура.	шт	2000
Лот 6	Контур дыхательный для реанимации	1. Трубки - 5 шт. 2. Y-образный соединитель - 1 шт. 3. Адаптер прямой - 4 шт. 4. Адаптер угловой - 1 шт. 5. Фильтр - 1 шт. 6. Мешок дыхательный - 1 шт. 7. Маска лицевая - 1 шт. 8. Шарнирный угловой адаптер с портом 9. Влагосборник - 2 шт. 10. Увлажнитель - 1 шт. 10. В комплект могут включены дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура.	шт	1500

2. Технические требования:

Лот № 5:

- Диаметр контура - 22мм
- Маска лицевая размер №4 или №5
- Объем дыхательного мешка - не менее 3 литров
- Однократного применения, должны быть стерильными.

Лот № 6:

- Диаметр контура - 22мм
- Маска лицевая размер №4 или №5
- Объем дыхательного мешка - не менее 3 литров
- Однократного применения, должны быть стерильными.
- Камера увлажнителя - самозаполняющаяся

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора:

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Контуров дыхательных одноразовый для транспортного
аппарата ИВЛ Drager oxylog 3000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация)	Ед. изм.	Количество
Лот 7	<u>Контуров</u> <u>дыхательных</u> <u>одноразовый для</u> <u>транспортного</u> <u>аппарата ИВЛ Drager</u> <u>oxylog 3000</u>	1. Защитный колпачок-1шт 2. Соединитель угловой с портом-1шт 3. Дыхательный шланг-1шт 4. В комплект могут включены дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	шт	100

2. Технические требования:
Лот №7:

- Совместим с аппаратом ИВЛ Drager oxylog 3000
- Наличие датчика потока с линией мониторинга
- Соединение к аппарату 22F
- Соединение к пациенту 22M (15F)
- Длина контура – от 1500 до 2000мм
- Однократного применения, должны быть стерильными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора:

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.