

Лоты 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Трубка трахеостомическая с манжетой

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Каждая трубка поставляется со стилетом и шейной лентой

2.2. Наличие манжеты низкого давления

2.3. Аварийный дистальный конец

2.4. Наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном Luer и Luer-Lock соединения

2.5. На пилотном баллоне должен быть указан внутренний диаметр трубки

2.6. Наличие рентгеноконтрастной полосы

2.7. Наличие гибких фланцев для крепления на шею пациента

2.8. Изделия должны быть стерильными

2.9. Индивидуальная упаковка

Лоты 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Трубка трахеостомическая без манжеты

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Каждая трубка поставляется со стилетом и шейной лентой

2.2. Без манжеты низкого давления

2.3. Аварийный дистальный конец

2.4. Наличие рентгеноконтрастной полосы

2.5. Наличие гибких фланцев для крепления на шею пациента

2.6. Изделия должны быть стерильными

2.7. Индивидуальная упаковка

Лоты 3-6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Трубка трахеостомическая с манжетой и портом для аспирации из надманжеточного пространства

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Изготовлена из термопластичного ПВХ

2.2. Наличие канала встроенного в стенку трубки для отсоса секрета из-над манжеты

2.3. Наличие высокообъемной манжеты низкого давления

2.4. Наличие рентгеноконтрастной полосы

2.5. Наличие пилотного баллона с маркировкой размера трубки

2.6. Изделия должны быть стерильными

2.7. Индивидуальная упаковка

Лоты **7-11**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1 скальпель,
- 1.2 игла-интродьюсер,
- 1.3 шприц не менее 10 мл,
- 1.4 проводочный гибкий J-образный проводник с интродьюсером,
- 1.5 короткий дилататор,
- 1.6 дилатационные щипцы Ховарда-Келли,
- 1.7 трахеостомическая трубка с obturatorом.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1 Предназначен для наложения трахеостомы пациентам отделений реанимации и интенсивной терапии, нуждающимся в длительной ИВЛ.
- 2.2 Изделия должны быть стерильными
- 2.3 Индивидуальная упаковка

Главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации



В.В. Гоменюк