

Приложение 1
к заявке на закупку
комплекса оперативного
контроля
электрокардиограмм

ОПИСАНИЕ

**потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

комплекса оперативного контроля электрокардиограмм
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	Количество
1	Комплекс оперативного контроля электрокардиограмм	1 шт.

2. Технические требования:

- 2.1. Возможность контроля электрокардиограмм по 12 стандартным отведениям.
- 2.2. Относительная погрешность регистрации калибровочного сигнала не более $\pm 5\%$.
- 2.3 Полоса пропускания частот от 0,5 до 100Гц.
- 2.4. Диапазон входных напряжений от 0, 03 до 5мВ.
- 2.5. Питание преобразователя – два автономных источника питания или аккумуляторные батареи; питание планшетного компьютера – встроенный аккумулятор (зарядка с помощью зарядного устройства).
- 2.6. Скорость печати на термопринтере 12,5 или 25 или 50 мм/сек.
- 2.7. Возможность архивации данных пациентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.

3.1. Гарантийное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента инсталляции.