

Технические характеристики (описание)

Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов газов крови GEM Premier 3500, IL, США) для ОЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
1.	Реагенты, контрольные материалы для анализатора газов крови GEM Premier 3500, IL, США	Тест-картридж определение газов крови, гематокрита, электролитов, глюкозы и лактата на 300 образцов	44 шт.
		Тест-картридж определение газов крови, гематокрита, электролитов, глюкозы и лактата на 150 образцов	160 шт.
		Тест-картридж определение газов крови, гематокрита, электролитов, глюкозы и лактата на 75 образцов	219 шт.
		1. Контрольный материал для определения параметров (рН, рСО ₂ , рО ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , глюкозы, лактат). 2. Набор: 3 уровня, не менее 60 мл (20/20/20).	6000 мл
		Комплект калибраторов 4-х уровней	16 наб.
2.	Расходные материалы для анализатора газов крови GEM Premier 3500, IL, США	1. Устройства для забора капиллярной крови типа Microvette, Minivette, Multivette. 2. Объем флакона 200 мкл. 3. Наполнитель: литий гепарин (LH)	12 800 шт.

2. Технические требования:

2.1 ЛОТ 1. Реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе газов крови GEM Premier 3500, IL, (США), что должно быть подтверждено документально.

2.2. ЛОТ 2. Должны быть предназначены для забора капиллярной крови.

2.3. ЛОТы 1, 2. Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта к контрольным и калибровочным материалам и др.) должны быть представлены на русском языке.

Лот 3

Приложение №1
к заявке на закупку

Тест для определения Тироксина свободного (Free T4)
к экспресс анализатору Frend System, производства NanoEnTek Inc., Республика Корея
(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Тест для определения Тироксина свободного (Free T4)
к экспресс анализатору Frend System, производства NanoEnTek Inc., Республика Корея
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Лот №13	Тест для определения Тироксина свободного (Free T4) к экспресс анализатору Frend System, производства NanoEnTek Inc., Республика Корея	шт.	160

2. Технические требования ⁷:

- 2.1. Тест для определения уровня содержания Тироксина свободного (Free T4) в сыворотке крови;
 - 2.2. метод исследования – иммунофлюоресценция, диагностика in vitro;
 - 2.3. предлагаемые реагенты должны быть предназначены для использования на экспресс-анализаторе Frend System, производства NanoEnTek Inc., Республика Корея;
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸
- 

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования

<i>№ ЛОТа</i>	<i>Наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Количество</i>
Лот №14	Контрольные материалы для иммунофлуоресцентного анализатора iChroma II Reader, Boditech Med Inc., Республика Корея.	Контроль для определения концентрации D-димеров. Набор состоит из 2 уровней: 1 флакон уровень 1 1 флакон уровень 2	наб	1
		Контроль для определения концентрации тропонина. Набор состоит из 2 уровней: 1 флакон уровень 1 1 флакон уровень 2	наб	1
		Контроль для определения концентрации прокальцитонина. Набор состоит из 2 уровней: 1 флакон уровень 1 1 флакон уровень 2	наб	1

2. Технические требования

2.1. Предлагаемые контрольные материалы должны быть совместимы с иммунофлуоресцентным анализатором iChroma II Reader, Boditech Med Inc., Республика Корея.

2.2. Контрольные материалы должны быть оригинального производства или должны быть предназначены для применения на иммунофлуоресцентном анализаторе iChroma II Reader, Boditech Med Inc., Республика Корея.