

Лот 1. Контур дыхательный анестезиологический.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Трубка - 5 шт,
- 1.2. Прямой адаптер - 4 шт,
- 1.3. Y - адаптер с портами - 1 шт.,
- 1.4. Угловой адаптер - 1 шт,
- 1.5. Влагосборник - 2 шт.,
- 1.6. Увлажнитель - 1 шт,
- 1.7. Фильтр дыхательный - 1 шт,
- 1.8. Маска дыхательная (р-р 3,4) - 2 шт.,
- 1.9. Мешок дыхательный (2000-3000мл) - 1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Размер: 22М/1,8М
- 2.2. Однократного использования
- 2.3. Стерильный, упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот 2. Контур дыхательный коаксиальный, взрослый 22мм, 1,6м.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Трубка - 1 шт.,
- 1.2. Шарнирный угловой адаптер с портом - 1 шт.
- 1.3. Фильтр тепловлаго-обменный - 1 шт.
- 1.4. Маска анестезиологическая №3, 4 - 2 шт.
- 1.5. Стропа резиновая для крепления маски.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Особенностью контура является его спец. устройство, в котором линия вдоха размещена внутри линии выдоха. Отсутствие Y-образного коннектора, соединяющего линию вдоха и выдоха, снижает удельное давление на пациента. Естественным образом обеспечивается сохранение тепла и влаги в процессе циркуляции дыхательной смеси.
- 2.2. Однократного использования
- 2.3. Стерильный, упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот 3. Контур дыхательный педиатрический (15М).

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Дополнительный шланг не более 0,9м - 1 шт.,
- 1.2. Y-адаптер - 1 шт;
- 1.3. прямой адаптер - 4 шт;
- 1.4. угловой адаптер - 1 шт;
- 1.5. влагосборник - 2 шт;
- 1.6. трубки - 5 шт.,
- 1.7. увлажнитель - 1 шт,
- 1.8. фильтр с ТВО - 1 шт,

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. без проводов обогрева,
- 2.2. Однократного использования
- 2.3. Стерильный

Главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации

В.В. Гоменюк