

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинского изделия (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1.1.	Вакуумный генератор для терапии ран отрицательным давлением	1
1.2.	Зарядное устройство (блок питания)	1
1.3.	Резервуар для вакуумного аппарата	50
1.4.	Набор перевязочный с марлевой повязкой в рулоне и аспирационной линией в составе: антибактериальная марлевая дренажная повязка, специальная самоклеящаяся накладка для покрытия раны с целью обеспечения полной аспирации, аспирационная линия с аспирационной головкой	100
1.5.	Набор перевязочный с губчатой дренажной повязкой и аспирационной линией в составе: губчатая дренажная повязка, специальная самоклеящаяся накладка для покрытия раны с целью обеспечения полной аспирации, аспирационная линия с аспирационной головкой	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1.*	Вакуумный генератор должен обеспечивать аспирацию под давлением 20-200 мм рт.ст.*
2.2.	Источник питания: аккумулятор с возможностью многократной подзарядки; питание от сети 100-240В
2.3.	Аппарат должен быть оснащен дисплеем с отображением на нем уровня отрицательного давления в ране
2.4.	Подбор параметров должен производиться на интерфейсном дисплее кнопками режимов и стрелкам выбора мощности.
2.5.	Визуализация давления в мм рт.ст., в см водн.ст., миллибар, Па x 100.
2.6.	Условия эксплуатации при температуре от 5°C до 35°C
2.7.	Питание прибора должно осуществляться от сети переменного тока 100-240 Вольт, 50/60 Гц.
2.8.	Резервуар - объемом более 500 мл, материал - поликарбонат. Предназначение: для сбора экссудата, раневой жидкости, раневого отделяемого.

2.9.	Наличие в емкости вакуумного индикатора, гидрофобной мембраны, геля-стабилизатора
2.10.	Аппарат должен иметь функцию переключения режимов работы (подачи вакуума) и перехода в режим паузы
2.11.	Емкость должна иметь однонаправленный клапан
2.12.	Наличие в емкости резьбового или кликового разъема для подключения аспирационной линии.
2.13.	Обеспечение герметичной совместимости клапана/разъема емкости с аспирационной линией.
2.14	Набор перевязочный с марлевой повязкой в рулоне и аспирационной линией:
2.14.1	Длина аспирационной линии не менее 1 метра.
2.14.2	Размер антибактериальной марлевой повязки - длина/ширина 10-14 см/ 3-4 м
2.14.3	Расходные материалы должны быть стерильны, гипоаллергенны, упакованы в индивидуальную упаковку.
2.15	Набор перевязочный с губчатой дренажной повязкой и аспирационной линией:
2.15.1	Длина аспирационной линии не менее 1 метра.
2.15.2	Размер губки длина/ширина/толщина 25-30 см/10-15 см/3-5 см
2.15.3	Расходные материалы должны быть стерильны, гипоаллергенны, упакованы в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

Позиции, отмеченные в техническом задании символом «», имеют принципиальное значение. Не рассматривать предложения, которые не соответствуют пунктам заявки на закупку отмеченные «*»*