

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Кол-во
1	Блок электронный с интегрированной клавиатурой	1 шт.
2	Штатив настольный	1 шт.
3	Держатель электронного блока	1 шт.
4	Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый)	1 шт.
5	Комплект электродов ВП чашечковых с кабелем отведения (8 шт., 1 м)	1 компл.
6	Электрод стимулирующий отводящий на палец кольцевой широкий	1 шт.
7	Электрод заземляющий с кабелем отведения	2 шт.
8	Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский и взрослый), в том числе средство крепления	2 шт.
9	Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием с кабелем отведения	2 шт.
10	Электрод одноразовый концентрический игольчатый	50 шт.
11	Адаптер для подключения концентрических игольчатых электродов	1 шт.
12	Электрод одноразовый для ЭКГ	100 шт.
13	Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «крокодил»	2 шт.
14	Объединитель однополярных гнезд	2 шт.
15	Рулетка измерительная, маркер и пластырь	1 шт.
16	Гель электродный контактный, паста клеящая и паста абразивная	1 шт.
17	Программное обеспечение	1 шт.
18	Персональный компьютер (оптимальные параметры: процессор не хуже Intel Core i5; оперативная память не менее 16 ГБ DDR4; накопитель SSD 512 ГБ и более; монитор не менее 24 дюймов; клавиатура, мышка	1 шт.

2. Технические требования:

№	Наименование характеристик	Базовые параметры
1	Стимуляционная ЭМГ: исследование скорости распространения возбуждения по моторным и сенсорным волокнам, метод "inching"	Наличие

	(коротких расстояний). F-волна, H-рефлекс, ритмическая стимуляция, мигательный рефлекс.	
2	Игольчатая ЭМГ: анализ потенциалов двигательных единиц, исследование спонтанной активности, интерференционная кривая.	Наличие
3	Не менее 3-х регистрирующих каналов.	Наличие
4	Низкий уровень собственных шумов (не более 0.4 мкВ) для регистрации слабых сигналов.	Наличие
5	Частота квантования, обеспечивающая высокую точность исследований - до 100 кГц.	Наличие
6	Адаптация программы: персонализация интерфейса, конфигурация аппаратуры, шаблоны проб и обследований, система нормативных показателей.	Наличие
7	Автоматическая и ручная генерация протоколов обследований, включающая текстовые описания, таблицы, графики, кривые, изображения, условные элементы и циклы с возможностью дальнейшего редактирования, сохранения, экспорта и импорта.	Наличие

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, пригодности): согласно аукционным документам организатора