

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество
1.1	Шкаф для хранения и сушки гибких эндоскопов	5 шт
1.2	Адаптеры (коннекторы) для подключения каналов эндоскопов	5 компл.

2. Технические параметры:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Вместимость (на количество эндоскопов) 2-5 гибких эндоскопов	наличие
2.2	Степень фильтрации подаваемого воздуха в каналы эндоскопа 0,3 мкм	наличие
2.3	Степень фильтрации подаваемого воздуха в камеру шкафа не ниже класса HEPA H 14	наличие
2.4	Двухконтурная система подачи очищенного воздуха	наличие
2.5	Предварительный фильтр грубой очистки	наличие
2.6	Продувка каналов эндоскопов в течение всего времени хранения	наличие
2.7	Индивидуальная система сушки для каждого эндоскопа	наличие
2.8	Подогрев воздуха подаваемого в каналы эндоскопа	наличие
2.9	Срок асептического хранения эндоскопов не менее 72 часа (программируемый)	наличие
2.10	Сменный воздушный бактериальный фильтр тонкой очистки	наличие
2.11	Возможность программирования цикла сушки и хранения для каждого эндоскопа	наличие
2.12	Встроенный компрессор	наличие
2.13	Избыточное давление воздуха в камере шкафа	наличие
2.14	Непрерывной воздухообмен в камере шкафа в течении всего времени хранения	наличие
2.15	Цветной сенсорный экран отображения статуса хранения и управления	наличие

2.16	Глубина камеры не менее 350 мм	наличие
2.17	Функции идентификации эндоскопов, контроль и документирование	наличие
2.18	Функции идентификации обслуживающего персонала	наличие
2.19	LED освещение камеры хранения	наличие
2.20	Контролируемые параметры (температура, давление, влажность, время сушки и хранения)	наличие
2.21	Автоматический контроль закрытия дверей	наличие
2.22	Четырехступенчатая система фильтрации воздуха для каналов и двухступенчатая для поверхностей эндоскопов	наличие
2.23	Автоматическая сигнализация нарушения условий хранения эндоскопов	наличие
2.24	Вертикальное расположение эндоскопов в шкафу	наличие
2.25	Выдвижные фиксируемые держатели эндоскопов	наличие
2.26	Возможность подключения эндоскопов различных производителей и модификаций	наличие
2.27	Устойчивость поверхности шкафа к дезинфицирующим средствам, влиянию влаги, колебаниям температуры	наличие
2.28	Возможность архивации данных	наличие
2.29	Коннекторы для подключения каналов эндоскопов производства Olympus, Fujifilm (Fujinon)	наличие
2.30	Встроенный принтер для распечатки параметров каждого цикла хранения	наличие
2.31	Встроенный сканер штрих- кодов	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам.