

БелМТ №626/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
Кровать многофункциональная реанимационная с электрической регулировкой положения секция
(24 комплекта)

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1	Кровать медицинская для отделения интенсивной терапии, функциональная	шт.	1
1.2	Встроенная аккумуляторная батарея	шт.	1
1.3	Матрац с пассивным противопролежневым эффектом в съемном чехле.	шт.	1
1.4	Быстросъемная инфузионная стойка с фиксацией на кровати и держателями для инфузионных сред	шт.	1
1.5	Пятое колесо	шт.	1
1.6	Складные боковые ограждения секции спины с индикатором угла наклона секции (левое и правое)	шт.	2
1.7	Складные боковые ограждения секции ног (левое и правое)	шт.	2
1.8	Контрольная панель управления для персонала	шт.	1
1.9	Пульт управления для пациента	шт.	1
1.10	Электронно-управляемая CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий)	шт.	1
1.11	Механический CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий) по обеим сторонам кровати	шт.	1

1.12	Держатель мочеприемника и пакетов	шт.	4
1.13	Держатель подкладного судна	шт.	1
1.14	Держатель для утки	шт.	1
1.15	Ремень для фиксации пациента	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. * Кровать должна иметь не менее 4-х секций.
- 2.2. Секции кровати должны быть выполнены из рентгенпрозрачного материала (полипропилен, высокопрочный пластик и т. п.)
- 2.3. Ножной, головной торцы и боковые элементы должны быть выполнены из коррозионностойкого материала.
- 2.4. * Кровать должна иметь быстросъемные головной и ножной торцы, снимающиеся без дополнительных инструментов.
- 2.5. Протекторы-бамперы для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам кровати.
- 2.6. Кровать должна быть оборудована колесами диаметром не менее 150 мм с системой центральной блокировки.
- 2.7. Размеры кровати: длина ложа не менее 2000 мм, но не более 2200 мм, ширина ложа не менее 900 мм, но не более 1000 мм.
- 2.8. Регулировка высоты ложа от пола в пределах не уже от 400–800 мм.
- 2.9. Регулировка угла наклона опоры спины в диапазоне не менее 0–60 градусов; положений Тренделенбурга и антиТренделенбург, Фовлера не менее 0–15 градусов; угла наклона бедра не менее 0–35 градусов.
- 2.10. Наличие двойной авторегрессии.
- 2.11. При изменении угла наклона опоры спины, поднятые боковые ограждения также должны синхронно двигаться, для защиты пациента от непреднамеренного бокового сваливания.
- 2.12. * Наличие электронно-управляемой CPR-функции: электрический привод в низкое горизонтальное положение при необходимости реанимации для всех секций кровати нажатием одной кнопки из любого положения кровати.
- 2.13. Приведение кровати в положение кардиологического кресла одной кнопкой.
- 2.14. Наличие встроенного индикатора угла наклона секции спины.
- 2.15. Наличие встроенного индикатора угла наклона всей кровати.
- 2.16. * Нагрузка на кровать: не менее 200 кг.
- 2.17. Для удобства персонала в темноте все электронные органы управления должны иметь подсветку.
- 2.18. Блокировка периферических органов управления с центрального пульта.
- 2.19. Электронные органы управления должны иметь не менее 3-х предустановленных настроек (полусидячее положение, режим СЛР – приведение кровати в горизонтальное положение, положение Тренделенбург /

АнтиТренделенбург и/или пр.).

2.20. Функция «ночника», мягкая подсветка снизу кровати.

2.21. Электрические разъемы должны быть надежно закрыты, а кабели должны проходить внутри рамы кровати.

2.22. Кровать должна быть укомплектована матрасом в съемном чехле; покрытие чехла должно быть устойчиво к обработке дезинфицирующими средствами.

2.23. Съемный чехол должен быть изготовлен из влагонепроницаемого материала.

2.24. Съемный чехол должен быть изготовлен из вентилируемого материала, который обеспечивает паропроницаемость.

2.25. Съемный чехол должен выдерживать дезинфекцию и стирку при температуре до 90 °С.

2.26. Съемный чехол не должен содержать ПВХ, латекса и не вызывать аллергию.

2.27. Матрас должен обеспечивать противопрлежневый эффект и состоять не менее чем из двух слоев.

2.28. Матрас должен быть рентгенпрозрачным.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.