

БелМТ №529/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
ширма медицинская
(17 комплектов)

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1.	Ширма напольная 3-секционная на колесах	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Материал полотна белого цвета, должен быть устойчив к механическим воздействиям, многократной обработке дезинфицирующими веществами.

2.2. Каркас должен быть выполнен из металлических деталей устойчивых к коррозии или иметь антикоррозийное покрытие, белого цвета.

2.3. Конструкция ширмы разборная, состоящая из 3-х секций.

2.4. Секция ширмы снабжена держателями, позволяющими соединять ширмы, как в максимальную длину, так и под различным углом относительно друг друга.

2.5. Габариты (Д x Ш x В) не менее 2385 x 400 x 1750 мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документом организатора.