

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «Проволока стальная для остеосинтеза»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Проволока стальная для остеосинтеза (серкляжная) гладкая, диаметром 0,8 мм	метр	50
1.2.	Проволока стальная для остеосинтеза (серкляжная) гладкая, диаметром 1,0 мм	метр	100
1.3.	Проволока стальная для остеосинтеза (серкляжная) гладкая, диаметром 1,2 мм	метр	100
1.4.	Проволока стальная для остеосинтеза (серкляжная) гладкая, диаметром 1.5 мм	метр	50
Итого		метр	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Материал изготовления – нержавеющая сталь.

2.2. Изделие должно быть устойчивым к стерилизации паровым методом.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.