

Приложение к заявке № 195от

Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты для определения панели ингаляционных и пищевых аллергенов методом иммуноблота

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований	Условия поставки	Срок поставки	Остаток в наличии
Лот 1. Реагенты для определения панели ингаляционных аллергенов (панель №2) методом иммуноблота						
1.	Набор реагентов для определения панели ингаляционных аллергенов	1. набор - тест-полоски на 10 исследований	30 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		
Итого по лоту 1						
Лот 2. Реагенты для определения панели пищевых аллергенов (панель №3) методом иммуноблота						
1.	Набор реагентов для определения панели пищевых аллергенов	1. набор - тест-полоски на 10 исследований	15 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		
Итого по лоту 2						
Итого по лотам 1,2						

Дополнительные требования:

1. реагенты должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем;
2. реагенты должны быть совместимы с полуавтоматическим анализатором RIDA X-Screen (метод иммуноблота);
3. реагенты должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

Врач клинической лабораторной диагностики
(заведующий)



И.В. Анташкевич