

Приложение 1

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№	Наименование	Количество на 1 комплект
1.	Аппарат для местной дарсонвализации типа «Искра-1» или аналог:	1 шт.
1.1.	Комплект электродов :	наличие
1.1.1.	электрод гребешковый	1 шт.
1.1.2.	электрод грибовидный малый	1 шт.
1.1.3.	электрод грибовидный большой	1 шт.
1.1.4.	электрод ректальный малый	1 шт.
1.1.5.	электрод десенный	1 шт.
1.1.6.	электрод ректальный большой	1 шт.
1.1.7.	электрод вагинальный	1 шт.
1.1.8.	электрод ушной	1 шт.
1.2.	Резонатор с проводом (держатель электродов)	1 шт.
1.3.	Вставка плавкая	2 шт.
1.4.	Паспорт	1 шт.

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1.	Питание от сети переменного тока	напряжение 220 В, частота 50 Гц
2.2.	Мощность, потребляемая из сети, не более	80 В·А
2.3.	Частота высокочастотных колебаний —	$110 \pm 8,25$ кГц
2.4.	Аппарат допускает работу в повторно-кратковременном режиме с цикличностью — 20 мин. работы, 10 мин. перерыв, в течение 8 час	Наличие
2.5.	Время установления рабочего режима — не более	3 мин
2.6.	Длительность модулирующих импульсов	100 мкс
2.7.	Частота следования импульсов	50 Гц
2.8.	Максимальная длина искры с электродов, не более	25 мм

2.9.	Максимальная величина тока на выходе аппарата при введенном до отказа регуляторе мощности при любых электродах, кроме ушного и десенного	$4 \pm 1,2$ мА
2.10.	Максимальная величина тока при ушном и десенном электродах	3 ± 1 мА
2.11.	Габаритные размеры, не менее	370x266x152 мм
2.12.	Класс защиты от поражения электрическим током	1
2.13.	Средняя наработка на отказ — не менее	1500 ч условно-непрерывной работы