

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 единицы медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Имплант костной проводимости	шт.	1
2	Аудиопроцессор	шт.	1
3	Магниты разной мощности (слабой мощности, средней мощности, мощные и сверхмощные)	шт.	4 (по 1 единице разной мощности)
4	Элементы питания воздушно - цинковые	шт.	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2	Технические требования	
2.1	Имплант костной проводимости должен быть изготовлен из титана или сплава титана	Наличие
2.2*	Транскутанная связь между имплантом костной проводимости и аудиопроцессором	Наличие
2.3	Толщина импланта костной проводимости	Не более 9 мм
2.4	Длина импланта костной проводимости	Не более 75 мм
2.5	Ширина импланта костной проводимости	Не более 35 мм
2.6	Вес импланта костной проводимости	Не более 25 г
2.7	Частотный диапазон	Не уже 250 Гц - 7 кГц
2.8	Возможность программирования аудиопроцессора	Наличие
2.9	Количество программ аудиопроцессора	Не менее 4
2.10	Длина аудиопроцессора	Не более 30 мм
2.11	Ширина аудиопроцессора	Не более 32 мм
2.12	Высота аудиопроцессора	Не более 12 мм

Пункты, отмеченные * - являются обязательными, при несоответствии предложенного товара данному требованию, предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

3.1. Гарантия на имплантируемую часть не менее 10 лет, на наружную часть не менее 2 лет с момента операции.

3.2. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара должен составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем).