

Приложение 1
к заявке на закупку
аппарата универсального
магнитотерапевтического

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Аппарат универсальный магнитотерапевтический
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	Количество
1	Аппарат универсальный магнитотерапевтический	1 шт.

2. Технические требования:

№ п/п	Основные технические характеристики аппарата	
2.1.	Масса аппарата с сетевым шнуром (кг)	$3,0 \pm 2,0$
2.2.	Габаритные размеры аппарата (мм), не более: - корпус аппарата длина ширина высота -индуктор ИМП-01, диаметром -индуктор ИМП-02 (двухкорпусной), диаметром -индуктор ИМП- КМ6 (шестикорпусной), диаметром	 315 ± 10 285 ± 15 105 ± 10 90×40 63×42 63×28

2.3.	Источники питания	$(220 \pm 10\%) \text{ В}$
2.4.	Потребляемая мощность, ВА, не более	50
2.5.	Частота переменного МП, Гц, в диапазоне	0,1...200
2.6.	Величина переменного МП на поверхности излучателя, мТл, не более: - средняя - максимальная в импульсе	50 150
2.7.	Средняя наработка на отказ, процедур	$2,5 \times 10^4$
2.8.	Величина максимального эквивалентного тока в индукторах, измеренная на поверхности с помощью токоизмерительных клещей типа Ц4505М, А, не более: - индуктор ИМП-01 - индуктор ИМП-02 - индуктор ИМП-КМ6	4,5 +/- 0,5 4,5 +/- 0,5 1,5 +/- 0,5

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.

3.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента инсталляции.