



ООО «ПрофГланс»

УНП 193267335

Юр. Адрес: 220034, РБ,
г. Минск, ул. Берестянская 12, каб 222.

Телефоны: + 375 29 6611779

E-Mail: service@profglance.by

Дата: 06.10.2025

Исх: ЗТС 96/25

Наименование учреждения

Учреждение здравоохранения
"Минский городской
клинический онкологический
центр"

Адрес:
220013, г. Минск, пр. Независимости, 64

Телефоны:

Заключение о техническом состоянии

Представитель ООО «ПрофГланс»:

Шубенков Д.С.

Согласно:

Договора № 49ТО/25-81 от 26.02.2025

Произвел диагностику следующего оборудования:


Назначение оборудования	Наименование	Серийный номер
Аппарат ПЭТ КТ	Biograph Horizon	94497
Обследование показало: 1. Источник бесперебойного питания JOVYTEC P 1500 серийный №163569 - сигнализация о выходе из строя аккумуляторных батарей. Причина: • Вышли из строя аккумуляторные батареи 12В, 9Ач. • Вышла из строя плата управления зарядом аккумуляторов. • Вышла из строя плата инвертора. Требуется: • Замена аккумуляторных батарей 12В, 9Ач – 3шт. • Ремонт платы зарядом аккумуляторов. • Ремонт платы инвертора. ИБП неисправен, эксплуатация невозможна. Требуется ремонт. 2. Источник бесперебойного питания HP T1500 G4 INTL UPS серийный №3C87240194 – вышел из строя Причина: • Вышли из строя аккумуляторные батареи 12В, 9Ач. • Вышла из строя плата инвертора. Требуется: • Замена аккумуляторных батарей 12В, 9Ач – 3шт. • Ремонт платы инвертора. Ремонт платы инвертора.		

Исполнитель:

Инженер



Шубенков Д.С.



ООО «ПрофГланс»

УНП 193267335

Юр. Адрес: 220034, РБ,
г. Минск, ул. Берестянская 12, каб 219.

Телефоны: + 375 29 6611779

E-Mail: service@profglance.by

Дата: **26.06.2026**

Исх: **ЗТС 1-7ЗТО/26-81**

Наименование учреждения

**Учреждение здравоохранения
"Минский городской
клинический онкологический
центр"**

Адрес:
220013, г. Минск, пр. Независимости, 64

Телефоны:

Заключение о техническом состоянии

Представитель ООО «ПрофГланс»:

Шубенков Д.С.

Согласно:

Договора № 7ЗТО/26-81 от 03.04.2026

Произвел диагностику следующего оборудования:

Назначение оборудования	Наименование	Серийный номер
ПЭТ-КТ	Biograph Horizon	94497
Обследование показало: 1. Выявлен износ аккумуляторных батарей CTL 33-12 (50шт) источника бесперебойного питания Wartsila JOVYSTAR PRO сер.№ 143508/10.000. Требуется замена аккумуляторных батарей 12В, 33Ач – 50 шт. ИБП переведен в режим стабилизации питания, аккумуляторный блок отключен.		

Исполнитель:

Инженер



Шубенков Д.С.