

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Рукоятка аккумуляторная	шт	1

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О
государственных закупках товаров (работ, услуг)".**

№ п/п	Состав:	Технические требования:
2.1	Рукоятка аккумуляторная	2.1.1 Рукоятка устройства хирургического электрического должна быть предназначена для травматологических (хирургия мелких и других суставов) и других хирургических операций. 2.1.2 Должна быть аккумуляторного (литий-ионный) типа. 2.1.3 Должна быть модульного типа, совместимая с насадками различного типа: пила, дрель, ример, бор, проводники спиц. 2.1.4 Присоединение/отсоединение адаптеров должно быть быстросъемного типа и не должно требовать использования установочного инструмента. 2.1.5 Должна быть изготовлена из биоинертного медицинского пластика и нержавеющей сплавов. 2.1.6 Должна иметь две клавиши и переключатель режима "вкл/выкл". 2.1.7 Должна иметь режимы блокировка, только вперед и режим в котором работают все функции: вперед, назад и возвратно-поступательное движение. 2.1.8 Должна иметь герметичную силовую систему, замкнутого типа, не требующая смазки. 2.1.9 Максимальная скорость в режиме сверления должна быть не менее 950 об/мин, в режиме рассверливания - не менее 200 об/мин, в режиме пиления - 13000 цикл/мин. 2.1.10 Питание системы осуществляется Li-Ion аккумулятором, загрузка/смена которого осуществляется в асептических условиях с помощью корпуса аккумулятора. 2.1.11 Масса рукоятки не более 950 г.
2.2	*	полная программная и аппаратная совместимость с многофункциональной резекционной системой производства Arthrex Inc., Соединенные Штаты Америки.

*требования, определяющие класс системы и потребности медицинского учреждения, а также его производительность и принадлежность к определенному сегменту специализированных ортопедо-травматологических оперативных вмешательств. Несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционных документов организатора.