

БелМТ №628/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).

Предмет государственной закупки:

«Стерилизатор низкотемпературный плазменный».

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1.	Стерилизатор низкотемпературный плазменный.	1
1.2.	Картридж со стерильантом.	На 800 циклов
1.3.	Бумага для встроенного принтера.	10 рулонов

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Технические требования
2.1. Стерилизатор низкотемпературный плазменный.	
2.1.1.	Максимальная температура стерилизации - не более 55°C.
2.1.2.	Максимальная продолжительность цикла стерилизации - не более 65'.
2.1.3.	Загрузка и выгрузка с одной стороны. Объем стерилизационной камеры не менее 130 литров. Наличие одной или двух съемных горизонтальных полок.
2.1.4	Наличие системы самодиагностики, дисплея для визуализации (настройки, прохождение цикла стерилизации, ошибки), встроенного принтера для документирования процесса стерилизации.
2.1.5	Возможность подключения компьютера или съемного электронного носителя для документирования процесса стерилизации в цифровом виде.
2.1.6	Стерилизатор должен позволять стерилизовать изделия с каналами от 1 мм в диаметре и с протяженностью до 1 метра без применения бустеров.
2.1.7	Электрическая нагрузка не более 3кВт, напряжение питания 220В (1 или 3 фазы). Высота предлагаемого стерилизатора должна быть не более 2000 мм, Ширина не более 850 мм.
2.1.8	Наличие различных программ стерилизации для инструментария без каналов, с каналами и для гибких эндоскопов.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
4. Оборудование должно поставляться с гарантийным сроком не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
5. Срок годности картриджей со стерильным должен соответствовать требованиям аукционных документов.