

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения
здравоохранения
«4-я городская клиническая больница
имени Н.Е.Савченко»

В.В. Сиренко

« » 2026г.

Техническое задание на реагенты и расходные материалы

ЛОТ № 1 реагенты и расходные материалы для определения качества предстерилизационной очистки.

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Ед.изм	Кол-во
1	Реагенты для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (Азопирам ХМС или аналог)	набор	170

2. Технические характеристики.

2.1 Состав набора:

- раствор амидопирин в изоприловом спирте, стабилизатор – 90мл
- раствор анилина солянокислого в изоприловом спирте, стабилизатор – 10мл
- пероксид водорода 3% - 100мл

2.2. Изделия должны быть готовы к использованию.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Заведующая аптекой

Г.В. Панкратович