

БелМТ №524/26

лот 1

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинский изделий (на 1 единицу):

N п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Стерилизатор воздушный	1
2.	Полки	не менее 4

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О
государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

N п/п	Наименование	Базовые параметры
1.	Объем камеры, л	160 ± 10%
2.	Камера изготовлена из нержавеющей стали	наличие
3.	Задаваемые температурные режимы, °C	от не менее 50 до 200
4.	Время нагрева стерилизатора до t +180°C, мин, не более	60
5.	Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °C, не более	±3
6.	Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере	наличие
7.	Автоматическое поддержание температуры	наличие
8.	Устройство защиты от перегрева	наличие
9.	Цифровая индикация температуры и времени выдержки	наличие
10.	Количество программ	не менее 4

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.