

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Стерилизатор воздушный	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование	Наличие функции или величина параметра
1.	Тип стерилизатора	воздушный
2.	Размещение	напольный
3.	Объем камеры, л не менее	160
4.	Тип загрузки	горизонтальная
5.	Режим свободного программирования	Да
6.	Размеры стерилизационной камеры, мм не более	615x500x590
7.	Поддерживаемые режимы работы, С/мин	режим 1 - 85/30 режим 2 - 120/45 режим 3 - 160/150 режим 4 - 180/60 режим 5 - 50...200
8.	Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры, С	±3
9.	Напряжение питания, В	220 ±20
10.	Время нагрева до температуры стерилизации, мин	до 55 мин
11.	Максимальная потребляемая мощность, кВт	3,5
12.	Габаритные размеры, мм не более	818x810x881
13.	Средний срок службы, лет не менее	8
14.	Масса стерилизатора, кг, не более	92
15.	Кол-во полок, шт	2 - 4
16.	Принудительная циркуляция горячего воздуха в камере	наличие
17.	Качественная термоизоляция	наличие
18.	Стерилизационная камера и загрузочные коробки изготовлены из полированной, жаропрочной, нержавеющей стали	наличие

19.	Высокая информативность панели управления, которая предусматривает цифровую индикацию текущей температуры и времени, световую индикацию основных этапов цикла	наличие
20.	Блокировка при превышении отклонений от температурного режима и аварийное отключение	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.