

Приложение 1

к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Анализатор зрительных функций	Шт.	1
2	Руководство по эксплуатации	Шт.	1

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»**

№ п/п	Технические характеристики	Технические параметры
1	2	3
1	Определение остроты зрения. Кольца Лэндольта (Landolt), числа, буквы, вращение символа (Е-оптотипа), символы для оценки остроты зрения у детей, определение остроты зрения по стандарту ETDRS	Наличие
2	Полихроматические таблицы. Цветные тестовые шаблоны Ишихары и Вельхаген-Брошман (Ishihara and VelhagenBroschmann)	Наличие
3	Тест на определение бинокулярного зрения. Зрительные стерео- и фория-тесты	Наличие
4	Тест контрастной чувствительности. Использование различных паттернов: колец Лэндольта (Landolt), букв и цифр	Наличие
5	Исследование сумеречного зрения и чувствительности к ослеплению. Дополнительные корректирующие линзы в диапазоне от -0.5 D до -3.5 D	Наличие
6	Тест периферического поля зрения. Зрительное поле тестируется в 7 положениях справа и слева	Наличие
7	Диапазон измерения аккомодации. Тестовое изображение Дуэйна	Наличие
8	Яркость исследуемого поля	300 cd/m ²
9	Дисплей	Цветной дисплей, 800 x 600 пикселей
10	Интерфейс	USB
11	Максимальная потребляемая мощность	60BA
21	Интерфейс	USB
22	Максимальная потребляемая мощность	60BA

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

№ п/п	Наименование	Требования
1	2	3
1	Гарантийный срок	Не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию