

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Термошейкер для планшетов	1 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1. Термошейкер предназначен для инкубации при определенной температуре и одновременного встряхивания стандартных 96 луночных ИФА планшет
- 2.2. Диапазон регулируемой температуры от +25°C до + 60°C;
- 2.3. Время выхода на заданную температуру после включения не более 15 минут;
- 2.4. Точность измерения температуры $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$;
- 2.5. Диапазон времени непрерывной инкубации от 1 минуты до 240 минут;
- 2.6. Наличие таймера со звуковым сигналом окончания инкубации.
- 2.7. Термостат шейкирующий должен быть рассчитан на одновременную загрузку одного или более стандартных 96 луночных планшет ИФА.
- 2.8. Шейкер должен обеспечивать диапазон регулирования скорости от 250 об/мин до 1200 об/мин;
- 2.9. Амплитуда встряхивания 3,0 мм;
- 2.10. Время разгона не более 4 сек.
- 2.11. Жидкокристаллический дисплей

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.