

Приложение

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов	шт.	1
1.2	Комплект расходных материалов для обработки эндоскопов: дезинфицирующие, моющие растворы, фильтры раствора и воздуха, тесты для определения минимально эффективной концентрации раствора и другие необходимые технологические расходные материалы.	комп.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Технические характеристики	Требование
2.1	Автоматическая очистка и дезинфекция высокого уровня гибких фибро/видео эндоскопов для всех типов (фибро/колоно/бронхо) различных производителей, в том числе Olympus, Sonoscape, Pentax.	Наличие
2.2	Полностью автоматизированная обработка эндоскопов	Наличие
2.3	Количество обрабатываемых гибких эндоскопов (одновременно)	2
2.4	Встроенная система рециркуляции дезинфектанта	Наличие
2.5	Программирование временных параметров циклов обработки	Наличие
2.6	Функция тестирования на герметичность	Наличие
2.7	Встроенный принтер для распечатки и документирования цикла обработки эндоскопов.	
2.8	Функция орошения каналов эндоскопа спиртом с последующей сушкой	Наличие
2.9	Работа при температуре воды, моющих и дезинфицирующих средств, не требующих дополнительного подогрева	Наличие
2.10	Технология принудительной очистки эндоскопов	Наличие
2.11	Программа автоматической самоочистки, включающая	Наличие

	дезинфекцию внутренних его каналов, для исключения риска перекрестной контаминации	
2.12	Набор коннекторов и переходников для подключения и обработки гибких эндоскопов различных производителей	Наличие
2.13	Использование различных моющих и дезинфицирующих препаратов, разрешенных к применению в РБ и рекомендованных производителем моечно-дезинфекционной машины для обработки эндоскопов	Наличие
2.14	Возможность автоматического приготовления моющего и дезинфицирующего средства необходимой концентрации из концентрата	Наличие
2.15	Система предварительной подготовки воды	Наличие
2.16	Трехступенчатая система фильтрации воды с встроенным фильтром тонкой очистки с порами не более 0,2 мкм	Наличие
2.17	Напряжение питания.	~230В, 50/60 Гц
2.18	Крышка камеры для укладки эндоскопов, обеспечивающая закрытый контур для исключения риска испарения дезинфицирующих средств в воздушную среду моечной комнаты	Наличие
2.19	Количество баков для дезинфицирующих средств.	2
2.20	У/Ф лампа	Наличие
2.21	В комплекте шланги и трубки подвода и отвода воды, фильтр очистки воды, кронштейн крепления фильтра очистки воды, адаптеры	Наличие