

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Одеяло термостабилизирующее

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Одеяло термостабилизирующее полноразмерное	Наличие дополнительных принадлежностей и/или элементов (фиксирующих элементов (лент/полосок) и т.д.) определяет производитель;	150 шт.
Лот №2 Одеяло термостабилизирующее для области выше пояса	Наличие дополнительных принадлежностей и/или элементов (фиксирующих элементов (лент/полосок) и т.д.) определяет производитель;	100 шт.
Лот №3 Одеяло обогревающее для систем конвекционного обогрева		20 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1

1. Одеяло должно полностью закрывать тело пациента;
2. Одеяло должно иметь неvented участок в области ступней, для предотвращения перегрева нижних конечностей;
3. Наличие не менее одного порта для подключения шланга системы обогрева;
4. Размер не менее 210 см (+/- 15 см) x 90 см (+/- 15 см);
5. Все расходные материалы в индивидуальной упаковке;
6. Одеяло должно быть совместимо с системой конвекционного обогрева пациента Bair Hugger или WARM AIR имеющейся на балансе учреждения.

Лот №2

1. Одеяло обогревающее для области выше пояса, которое должно закрывать верхнюю часть торса, руки, шею и голову пациента;
2. Наличие не менее одного порта для подключения шланга системы обогрева;
3. Наличие прозрачной головной пленки обеспечивающей врачу возможность наблюдения за головой интубированного пациента;
4. Одеяло должно быть совместимо с системой конвекционного обогрева пациента Bair Hugger или WARM AIR имеющейся на балансе учреждения;
5. Размер: 200 см (+/- 25 см) x 85 см (+/- 15 см);
7. Все расходные материалы в индивидуальной упаковке.

Лот №3

1. Одеяло для нижней части тела с удлиненным портом для подключения воздуховода.
2. Совместимость с имеющимся в учреждении устройством Bair Hugger.
3. Размер не менее 150 см x 90 см.
4. Стерильные, одноразового применения.

3. Требования к наличию технической документации, обучения персонала и иной информации.

3.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.