

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	цитометр проточный автоматический	1
2.	источник бесперебойного питания	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование	Наличие функции или величина параметра
2.1.	длина волны излучения (количество лазеров не менее 1)	488 -1,
2.2	канал флуоресценции	не менее 4 на лазере с длиной волны 488, не менее 2-х каналов на лазере с длиной волны 636-640
2.3.	чувствительность (для FITC и для PE)	FITC – менее 85 MESF PE- менее 30 MESF-PE
2.4	скорость регистрации данных	не менее 30 000 событий в секунду
2.5	диапазон размера клеток	0.1-50 мкм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.