

№ лота	Наименование	Технические характеристики	
1	Кламмеры (круглые)	1 Изделия из проволоки ортодонтической, предназначенные для фиксации зубных протезов. 2 Материал изготовления: нержавеющая сталь.	4уп.
2	Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок д.7,0 мм	1 Гильзы для зубных коронок. 2 Предназначены для изготовления искусственных коронок зубов. 3 Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали толщиной 0,30мм.	2уп.
3	Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок д.8,0мм	1 Гильзы для зубных коронок. 2 Предназначены для изготовления искусственных коронок зубов. 3 Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали толщиной 0,30мм.	2уп.
4	Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок д.9,0мм	1 Гильзы для зубных коронок. 2 Предназначены для изготовления	2уп.

		искусственных коронок зубов. 3 Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали толщиной 0,30мм.	
5	Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок д.10,0мм	1 Гильзы для зубных коронок. 2 Предназначены для изготовления искусственных коронок зубов. 3 Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали толщиной 0,30мм.	4уп.
6	Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок д.11,0мм	1 Гильзы для зубных коронок. 2 Предназначены для изготовления искусственных коронок зубов. 3 Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали толщиной 0,30мм.	3уп.
7	Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок д.12,0мм	1 Гильзы для зубных коронок. 2 Предназначены для изготовления искусственных коронок зубов. 3 Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали	3уп.

		толщиной 0,30мм.	
8	Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок д.13,5мм	1 Гильзы для зубных коронок. 2 Предназначены для изготовления искусственных коронок зубов. 3 Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали толщиной 0,30мм.	1 уп.
9	Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок д.17,0мм	1 Гильзы для зубных коронок. 2 Предназначены для изготовления искусственных коронок зубов. 3 Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали толщиной 0,30мм.	2 уп.

Согласовано:

Главный внештатный специалист по стоматологии



А.В.Шейда