



ООО "БЕЛИНТЕЛМЕД"
тел./факс: +375 17 343 62 70
тел.: + 375 17 350 17 68
e-mail: info@belintelmed.by
www.belintelmed.by

Дефектный акт

г. Минск

25 июня 2026 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии – директор Щербицкий В.Г.,
членов комиссии - ведущий инженер по метрологии Шкарупина Я.Б.,
- начальник производственного участка Забродский С.В.,
составила настоящий акт:


спирометр автономный запоминающий МАС2-БМ зав.№ 9635 (год выпуска 2019), принадлежащий УЗ «21-я центральная районная поликлиника Заводского района г. Минска», поступил в ООО «Белинтелмед» для проведения технического обслуживания и поверки.

В результате выполнения инструментального контроля основных параметров и характеристик данного спирометра выявлено:

- неисправность сенсора потока.

Заключение комиссии: для восстановления работоспособности спирометра необходимо провести ремонт сенсора потока.

Председатель комиссии


В.Г.Щербицкий

Члены комиссии


Я.Б.Шкарупина


С.В.Забродский

