

БелМТ №545/26

лот 1

Технические характеристики (описание) ~~медицинской~~ техники,

«Малогобаритная машина для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструментария, анестезиологических принадлежностей».
Закупается 1 комплект.

1. Состав комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование изделий		Кол-во (шт.)
1.1.	Машина для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструментария, комплектов анестезиологических принадлежностей.		1
1.2.	Тележка загрузочная для размещения сетчатых лотков.		1
1.3.	Тележка загрузочная для размещения эндоскопических инструментов и принадлежностей.		1
1.4.	Тележка загрузочная для размещения операционной обуви.		1
1.5.	Сетчатый лоток в размере 1 стерилизационной единицы (СТЕ) по стандарту DIN, высотой 45-55 мм для размещения хирургического инструмента.		20
1.6.	Сетчатый лоток в размере 1/2 СТЕ (DIN), высотой 45-55 мм для размещения хирургического инструмента.		12
1.7.	Корзина из мелкоячеистой сетки со съёмной крышкой		2
1.8.	Сетчатый лоток с крышкой для размещения мелких деталей.		1
1.9.	Сетчатый лоток с крышкой для размещения 2-х жестких оптик.		1
1.10.	Моющее средство		80 литров
1.11.	Средство-нейтрализатор*	Предлагать количество эквивалентно 80 литрам моющего раствора (по универсальной программе)	
1.12.	Ополаскиватель*	Предлагать количество эквивалентно 80 литрам моющего раствора (по универсальной программе)	
Соответствие комплектации (необходимо не менее 100%)			

* - В случае, если предлагается моющее средство, не требующее нейтрализации и ополаскивателя (подтверждение инструкцией к моющему средству) – данные позиции разрешается не поставлять.

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
----------	------------------------

2.1.1.	Машина в корпусе из нержавеющей стали с крышкой и откидной вперед дверью должна обеспечивать обработку и сушку стандартного хирургического инструментария, инструментария для малоинвазивной хирургии, анестезиологических принадлежностей, изделий из стекла и операционной обуви.
2.1.2.	Дверь с прозрачным стеклом.
2.1.3.	Ширина машины не более 90 см, наличие секции для размещения канистр емкостью не менее 5 литров для используемых машиной растворов.
2.1.4.	Наличие подсветки моечной камеры
2.1.5.	Наличие автоматических программ для обработки общехирургического инструментария, эндоскопического хирургического инструментария, стеклянных изделий, анестезиологических принадлежностей и обуви в вариациях для разных степеней загрязнения, с сушкой и без.
2.1.6.	Наличие настраиваемых программ
2.1.7.	Объем одной загрузки моечной камеры: не менее 8 сеток в размере 1 СТЕ (DIN).
2.1.8.	Циркуляция воды с максимальной скоростью не менее 350 литров в минуту.
2.1.9.	Автоматический контроль вращения коромысел.
2.1.10.	Учитывать в предложении - по месту установки доступно подключение к холодной, горячей и дистиллированной воде.
2.1.11.	Наличие НЕРА фильтров, не ниже класса H13, для очистки воздуха, используемого при сушке инструментов.
2.1.12.	Наличие сетевого порта для присоединения к компьютерной сети с целью контроля за процессом мойки и документирования проведенного цикла обработки. Предоставление необходимого программного обеспечения, в т.ч. для установки на персональные компьютеры (при наличии такового)
Тележка загрузочная для размещения сетчатых лотков	
2.1.13.	Размещение лотков на 3-4 уровнях, наличие не менее двух встроенных коромысел.
Тележка загрузочная для размещения эндоскопических инструментов и принадлежностей.	
2.1.14.	Размещение обрабатываемых инструментов не менее чем на двух уровнях. Должна быть оснащена устройствами для обработки полых инструментов и их сушки.
2.1.15.	В комплекте должны быть необходимые инжекторные сопла, промывочные втулки, уплотняющие колпачки и т.п. для обработки лапароскопических инструментов и троакаров.
Тележка загрузочная для размещения операционной обуви.	
2.1.16.	Единая корзина (или комплект из верхней и нижней корзин) должны вмещать не менее 8 пар операционной обуви.
Корзина из мелкоячеистой сетки со съёмной крышкой	
2.1.17.	Размеры в пределах (В:Ш:Г, мм) 300-320 x 200-210 x 40-60
Сетчатый лоток с крышкой для размещения мелких деталей.	
2.1.18.	Размеры в пределах (В:Ш:Г, мм) 60-80 x 60-80 x 40-60
Моющее средство	
2.12.1	В канистрах емкостью по 3-5 литров*.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.