

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Кресло донорское стационарное	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Кресло донорское стационарное (далее - кресло) предназначено для размещения донора в течение процедуры заготовки крови, ее компонентов и обеспечения оптимальных условий работы медицинского персонала при пункции периферических вен и контроля процесса донации и самочувствия донора в учреждениях здравоохранения.

2.2. Кресло должно состоять из каркаса, мягкого элемента с покрытием, подголовника, подлокотников, электропривода с механизмом управления.

2.3. Наличие плавных физиологических изгибов.

2.4. Каркас кресла металлический, с покрытием, устойчивым к механическому физическому воздействию, обработке дезинфицирующими средствами.

2.5. Мягкий элемент кресла покрывает спинку, сиденье, секцию для ног, обтянут искусственной кожей, устойчивой к многократной обработке дезинфицирующими средствами.

2.6. Возможность перевода кресла в антишок-положение (головной конец опущен, ножной конец приподнят выше головного) с помощью нажатия одной кнопки пульта в течение 8-10 секунд без дополнительного использования механического способа управления.

2.7. Угол наклона основания кресла для антишок-положения от 0 до 30 градусов.

2.8. Наличие колесиков для перемещения кресла.

2.9. Минимум два колесика снабжены блокираторами для устойчивости.

2.10. Наличие мягких съемных подлокотников с обеих сторон кресла с регулировкой по высоте и повороту.

2.11. Механизм управления креслом дистанционный (пульт) с креплением на основании (каркасе) кресла.

2.12. Регулируемый мягкий подголовник.

2.13. Максимальная нагрузка на кресло (с учетом веса донора) – не менее 180 кг.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №228/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки

Кресло медицинское многофункциональное

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1	Кресло-каталка медицинская	шт.	1
1.2	Колеса передние	шт.	2
1.3	Колеса задние	шт.	2
1.4	Подлокотник	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Каркас кресла выполнен из стальной трубы с антикоррозийным покрытием.

2.2. Обтяжка сидения из износостойкого материала. Сиденье мягкое, высота полиуретана не менее 5 см.

2.3. Кресло должно складываться и раскладываться без применения специальных инструментов.

2.4. Габаритные размеры в пределах:

- ширина сиденья не менее 460 мм, глубина сиденья не менее 400 мм, высота спинки не менее 430 мм;

- ширина кресла не более 620 мм, длина не более 1050 мм, высота не более 900 мм.

2.5. Колеса должны быть полиуретановыми, с твердообрезиненными шинами: диаметр колес передних не менее 200 мм, диаметр колес задних не менее 520 мм (внутреннее колесо), не менее 430 мм (наружное колесо).

2.6. Ширина между поручнями не менее 450 мм, ширина между подлокотниками не менее 520 мм.

2.7. Кресло должно иметь фиксированные подлокотники – поручни.

2.8. Кресло должно иметь убирающуюся подставку для ног.

- 2.9. * Грузоподъемность кресла не менее 120 кг.
- 2.10. Наличие тормозного устройства.
- 2.11. Каркас и материал обтяжки должен быть устойчив к обработке дезинфицирующих, моющих средств и УФО-облучению.

*** требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.**

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) предмета закупки:

№	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Кресло медицинское многофункциональное передвижное	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кресло медицинское многофункциональное передвижное, трехсекционное (сиденье, спинка и подножка) с возможностью регулировки высоты кресла, наклонов спинки (угол наклона от 0° до 80°) и ножной секции (угол наклона от 0° до 85°), а также положения подлокотников и подголовника.

2.2. Габаритные размеры (Ш×Д×В): не более 1000×2170×1560мм.

2.3. Высота основания кресла от пола в исходном положении не менее 525мм при полном подъёме не более 765 мм, угол наклона основания кресла (Тренделенбург/Антипоковое положение) – от 0° до 34°.

2.4. Регулировка движения кресла и его секций с помощью электродвигателей на пульте управления; регулируемые подлокотники, подголовник и подножка с возможностью съёма.

2.5. Грузоподъемность не менее 170 кг.

2.6. Система блокировки на четырёх колёсах.

2.7. Тип покрытия: гигиенически безопасные наружные поверхности кресла должны позволять проводить многократную санитарную обработку и дезинфекцию.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.