

БелМТ №619/26

лот 1

**Описание потребительских, функциональных/технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Насос с панелью управления	1 шт.
1.2	Емкость для секрета (банка-сборник) с крышкой	2 шт.
1.3	Соединительная магистраль	2 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Устройство должно быть предназначено для отсасывания жидкостей и газов из полостей организма и дыхательных путей, в том числе в режиме длительного отсасывания жидкости или газа из плевральной полости.

2.2. Создаваемый вакуум - от 0 до 30 кПа.

2.3. Автоматическое поддержание заданного вакуума.

2.4. Многоразовая стеклянная емкость для секрета - до 2 литров.

2.5. Производительность по воде - не менее 2 л/мин.

2.6. Производительность по воздуху - не менее 3 л/мин.

2.7. Индикация текущего вакуума.

2.8. Емкости для секрета с устройствами для надежной фиксации крышек и предохранением их от переполнения.

2.9. Трубка отсоса диаметром не более 8 мм, длиной не менее 1 м.

2.10. Электропитание 220-250 В 50-60 Гц.

2.11. Масса - не более 4,5 кг.

2.12. *Время непрерывной работы – не менее 24 часа.

2.13. Устойчивость к обработке дезинфицирующими растворами.

Примечание: Позиции, отмеченные символом «*», имеют принципиальное значение. Предложения, которые не соответствуют данным пунктам заявки на закупку будут отклонены.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.