

Установка кинезиотерапевтическая (в количестве 1 ед.)**1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу):**

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Установка кинезиотерапевтическая	1 шт.
1.2.	Комплект подвесов:	1 компл.
1.2.1	подвеска по таз	3 шт
1.2.2	подвески под ноги	2 шт
1.2.3	подвеска под голову	1 шт
1.2.4	подвески для рук	4 шт
1.2.5	подвески для рук с ручками	2 шт
1.3	Комплект жгутов:	1 компл.
1.3.1	эластичный жгут (не менее 480 мм) с фиксатором для головы и рук	2 шт
1.3.2	эластичный жгут (не менее 700 мм) с фиксатором для головы и рук	2 шт
1.3.3	эластичный жгут (не менее 480 мм) с фиксатором для туловища, таза и ног	2шт
1.3.4	эластичный жгут (не менее 700 мм) с фиксатором для туловища, таза и ног	2 шт
1.4.	Стол терапевтический	1 шт.
1.5.	Комплект тросов:	1 компл.
1.5.1	короткий с фиксатором	2 шт
1.5.2	трос длинный с фиксатором	4 шт
1.5.3	трос для траверсы с карабином на конце	6 шт

2. Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

№	Наименование параметра и качественные характеристики товара	Сведения о функциональных характеристиках товара (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
2.1	Потолочная конструкция, оснащенная механизмом освобождения тросов (1780×800×230 мм) - не менее	Наличие
2.2	Напольная (свободностоящая) конструкция (2190×1780×2300 мм) - не менее	Наличие
2.3	Стол терапевтический 7-ми секционный, 2-х моторный:	Наличие
2.3.1	габаритные размеры (Д х Ш), мм. Не менее	2050 х 720
2.3.2	ширина лежа, мм	Все секции 450-720
2.3.3	количество секций не менее	7
2.3.4	угол наклона подголовника	+40\ -50
2.3.5	угол наклона средней секции	0/+28
2.3.6	угол наклона ножной секции	+70 \ 0
2.3.6	установка угла наклона головной или ножной секции с помощью газовых пружин	Наличие
2.3.7	4 поднимаемых колеса, 4 ножки	Наличие
2.3.8	электрическая регулировка высоты стола с помощью рамного переключателя, доступно с каждой стороны стола	Наличие
2.3.9	опускаемые опоры под плечи и подлокотники	Наличие
2.3.10	масса, кг	Не более 95
2.3.11	максимальная нагрузка, кг	Не менее 150
2.3.12	регулировка высоты, мм.	470-980
2.3.13	питание регулировки высоты, В/Гц.	220/50
2.3.14	материал обивки	Кожзаменитель

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Согласно аукционных документов организатора.

БелМТ №468/26

лот 2

Комплекс реабилитационный (в количестве 1 ед.)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий(на 1 единицу):

№ п/п	Наименование	Кол-во, ед.
1.	Стойка малая	1 шт.
2.	Тренажёр для локтя и плеча	1 шт.
3.	Тренажёр многофункциональный мини-байк	1 шт.
4.	Тренажёр для верхнего плечевого пояса	1 шт.
5.	Тренажер блочный верхних/нижних конечностей с двойной тягой .	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№	Наименование параметра и качественные характеристики товара	Сведения о функциональных характеристиках товара (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
2.1	Стойка малая для крепления тренажёров.	1 шт.
2.1.1.	Габариты не менее (ДхШхВ) мм	850x850x1810
2.1.2.	Материал	металлическая сборно-сварная конструкция (±5)
2.1.3	Габаритные размеры столешницы не менее (ДхШхВ) мм	850 x 850 x 25 (±5)
2.2.	Тренажёр для локтя и плеча:	1 шт.
2.2.1.	Габариты не менее (ДхШхВ) мм	910 x 450 x 430 (±5)
2.2.2.	Не менее 5 уровней нагрузки	наличие
2.2.3.	Информационный дисплей	наличие

2.3.	Тренажёр многофункциональный мини-байк	1 шт.
2.3.1.	Регулировка по высоте	наличие
2.3.2.	Вращательные движения в двух направлениях : «Вперёд» и «назад»	наличие
2.3.3.	Возможность расположения тренажёра на стойке и на стене	наличие
2.3.4.	Не менее 5 уровней нагрузки	наличие
2.3.5.	Регулировка объёма стопы ремешком педали	наличие
2.3.6.	Информационный дисплей	наличие
2.3.7.	Габариты не менее (ДхШхВ) мм	1500 x 460 x 400 (±5)
2.4.	Тренажёр для верхнего плечевого пояса	1 шт.
2.4.1.	Регулировка по высоте	
2.4.2.	Вращательные движения рукоятки в двух направлениях: «По часовой стрелке» и «Против часовой стрелки»	наличие
2.4.3.	Возможность расположения тренажёра на стойке и на стене	наличие
2.4.4.	Возможность регулировки сопротивления	наличие
2.4.5.	Не менее 5 уровней нагрузки	наличие
2.4.6.	Информационный дисплей	наличие
2.5.	Тренажер блочный верхних/нижних конечностей с двойной тягой .	1 шт.
2.5.1.	Регулировка высоты блока тяг, с фиксацией (не менее 32положения)	Наличие
2.5.2.	Информационный дисплей	наличие
2.5.3.	Выбор дополнительной нагрузки не менее 10 кг. с шагом 0,5 кг	наличие
2.5.4.	Минимальная нагрузка не менее 0,5 кг.	наличие
2.5.5.	Возможность крепления тренажера на стене и на стойке.	наличие
2.5.6.	Габариты не менее (ДхШхВ) мм	1050 x 900 x 2170 (±5)

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Согласно аукционных документов организатора.