

Технические характеристики (описание) медицинской техники
Лот №1 Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ лота	Наименование	Состав (комплектация) одного комплекта оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1	Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева	Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева	штука	1
		Матрасик в чехле	штука	1
		Подставка для рентгенокассеты	штука	1
		Модуль нагревателя	штука	1
		Стойка модуля нагревателя	штука	1
		Панель боковая	штука	2
		Панель передняя	штука	1
		Панель задняя	штука	1
		Стойка инфузионная	штука	1
		Столик с рычагом	штука	2
		Основание	штука	1
		Датчик температуры кожи	штука	1
		Кабель	штука	1
		Узел подготовки кислорода	штука	1
		Полка инструментальная	штука	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование
1.	Диапазон температуры регулирования (установленной температуры), °C 34,0 -37,9
2.	Диапазон температуры, отображаемый индикатором ТЕМПЕРАТУРА КОЖИ, °C, 15,0 -45,0
3.	Максимальное отклонение показаний индикатора ТЕМПЕРАТУРА КОЖИ, °C от установленной температуры регулирования (при стационарном температурном режиме и горизонтальном положении лежа) $\pm 0,5$
4.	Погрешность канала измерения температуры кожи $\pm 0,3$
5.	Максимальное отклонение средней температуры в любой из периферийных точек матрасика от средней температуры в его центральной точке $\pm 2,0$

6.	Диапазон регулирования концентрации кислорода под неонатальным колпаком, % 40- 95
7.	Углы наклона ложа пациента, не менее $\pm 10^\circ$

3. Габаритные размеры:

1.	Высота в нижнем положении ложа – не более 1950 мм.
2.	Высота в верхнем положении ложа - не более 2000 мм.
3.	Длина – не более 1100 мм.
4.	Ширина (модуль нагревателя в центральном положении) не более 740 мм.
5.	Высота ложа от пола (до верхней поверхности матрасика): - в нижнем положении не более 950 ± 5 мм. - в верхнем положении не более 1000 ± 5 мм.
6.	Масса, кг, не более 120 мм.

4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

Гарантийный срок в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

5.1. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

5.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

5.3. Документальные материалы фирмы-производителя на русском или белорусском языке для подтверждения технических и функциональных параметров всего комплекта оборудования.

5.4. При поставке оборудования предоставить руководство пользователя на русском или белорусском языке.