

Приложение №1
к заявке на закупку
Реабилитационная
беговая дорожка для
реабилитации детей с
ДЦП

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1: Реабилитационная беговая дорожка для реабилитации детей с ДЦП

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Тренажёр реабилитационный беговая дорожка	шт	1
2	Система поддержки рельсового типа с электрическим блоком подъема и с жилетами не менее 3-х типоразмеров.	шт.	1
3	Стойка управления с цветным сенсорным дисплеем	шт.	1
4	Экран пациента на мобильной стойке	шт.	1
5	Проектор для задания зрительных образов на полотно дорожки.	шт.	1
6	Персональный компьютер с предустановленным ПО.	шт.	1
7	Пандус к беговой дорожке.	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Регулировка скорости движения полотна в диапазоне не менее, км/час	от 0,1 до 10, с шагом не более 0,1
2.2	Изменение угла наклона бегового полотна дорожки, градусов	от 0 до 14
2.3	Расстояние между поручнями не более, мм.	850
2.4	Максимально допустимая масса пациента, не более, кг	150
2.5	Экстренная остановка двигательной активности беговой дорожки.	наличие
2.6	Система биологической обратной связи посредством датчиков, синхронизирующих работу беговой дорожки с шагом пациента по следующим параметрам: длина шага (см), симметричность шага (%) с выводом изображения на экран панели управления специалиста и монитор для пациента с применением виртуальных игр для отработки паттерна движения	наличие
2.7	Настройка/отображение нижеследующих параметров работы беговой дорожки, не менее	- режим работы беговой дорожки; - показания симметричности шага; - угол наклона бегового полотна; - расстояние, «пройденное» пациентом

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.