

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Слуцкая ЦРБ»

А.П. Сокол

23 июля 2026 г.

Задание на закупку: Изделия медицинского назначения для проведения временной кардиостимуляции

Лот №1. Электроды баллонные для проведения временной кардиостимуляции

Код по ОК РБ 007-2012: 26.60.12.800

Предельная стоимость 5988,40 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Электроды баллонные для проведения временной кардиостимуляции	шт.	10

2. Технические требования:

- 2.1. Наличие пункционной иглы, шприца для раздутия баллона, ЭКГ адаптера;
- 2.2. Длина электрода не менее 100см;
- 2.3. Диаметр баллонного электрода не более 6F;
- 2.4. Наличие биополярной стимуляции;
- 2.5. Наличие раздуваемого баллона на дистальном конце электрода;
- 2.6. Обеспечение гибкости и стабильности;
- 2.7. Наличие адаптера для подключения к наружному кардиостимулятору;

3. Требования качества и срока годности товара, условия поставки товара

3.1. Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем, в противном случае Покупатель оставляет за собой право отказаться от указанной партии товара либо потребовать уменьшения цены товара.

3.2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3.4. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

3.5. Срок поставки товара: товар поставляется транспортом Поставщика в течение 10 рабочих дней от даты заключения договора.

Врач анестезиолог-реаниматолог
(заведующий)

Д.А. Александрович