

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Автоматический анализатор СОЭ
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.	Автоматический анализатор СОЭ	шт.	1
2.	Комплект реагентов, расходных материалов	иссл.	10 000
3.	Комплект контрольных материалов	комплект	1
4.	Комплект калибровочных материалов (при потребности, согласно инструкции по эксплуатации)	комплект	1
5.	Источник бесперебойного питания	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№	Наименование	Параметры
1.	Автоматический анализатор СОЭ	1.Производительность-не менее 60 тестов/ч 2. Результаты в мм/ч шкалы Вестергрена 3. Работа со стандартными пробирками для общего анализа крови-наличие 4. Материал для исследования-венозная и капиллярная кровь 5. Наличие возможности проводить исследования в разных режимах-наличие 6. Количество одновременно загружаемых первичных пробирок с образцами-не менее 20 7. Принтер-наличие
2.	Комплект контрольных материалов	не менее двух уровней
3.	Источник бесперебойного питания	Время автономной работы при полной нагрузке – не менее 15 минут

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. Предлагаемые медицинские изделия должны иметь регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь или находиться в процессе регистрации (перерегистрации) в Республики Беларусь на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021г № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.