

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Состав	Кол-во
1	Камера увлажнителя одноразовая самозаполняющаяся		700 шт
2	Тепловлагообменник для трахеостомы		50 шт
3	Закрытая аспирационная система	Размер 14F длина 35 см – 40 шт Размер 12F длина 55 см – 60 шт Размер 14F длина 55 см – 100 шт	200 шт
4	Трубка ПВХ		800 шт
5	Набор небулайзера для ИВЛ	Набор ингалятор, (небулайзер) с Т-образным коннектором, мундштуком/, трубкой и емкостью для лекарств	300 шт

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования:
ЛОТ № 1 Камера увлажнителя одноразовая самозаполняющаяся	2.1. Предназначена для активного увлажнения и подогрева газов, подаваемых пациенту в процессе ИВЛ 2.2. Малого объема (рабочий объем не более 200-350мл) 2.3. Эффективный объем от 50 мл до 300 мл, применима при давлении до 180 см Н2О и потоке до 140 л/мин 2.4. В прозрачном поликарбонатном корпусе с антипригарным алюминиевым покрытием для применения со стандартными основаниями увлажнителей
ЛОТ № 2 Тепловлагообменник для трахеостомы	2.1. Выполнен из полимерных материалов 2.2. Размер выхода 15F 2.3. Предназначены только для одного пациента сроком на 24 часа 2.4. Все принадлежности должны быть одноразовыми 2.5. Защита от влаги, антропогенно, нетоксично, не содержит фталатов 2.6. Увлажняющий элемент может быть изготовлен из гидрофобной бумаги или пеноматериала
ЛОТ № 3 Закрытая аспирационная система	2.1. Закрытая аспирационная система на 72 часа, (для ЭТТ (осуществления санации дыхательных путей)) 2.2. Стерильная, однократного применения
ЛОТ № 4 Трубка ПВХ	2.1. Длина трубки 1,5-2,0 мм 2.2. На концах трубки установлены коннекторы Луер-Лок 2.3. Предназначена для мониторинга газов
ЛОТ № 5 Набор небулайзера для ИВЛ	2.1. Однократного применения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав	Количество
6	Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний	специальный полимерный наконечник №2 – 1 шт полимерная емкость -1 шт соединительный шланг – 1 шт зажим – 2 шт нагнетатель - 1 штука на коробку	40 упак

2. Технические требования:

Лот №6
Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний
2.1. полимерная емкость объемом от 2000 до 2500 мл
2.2. соединительный шланг не менее 1800 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Приложение №1
к заявке на закупку
Рукоятки инструментальные

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 7 Рукоятка инструментальная

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
7	Рукоятка инструментальная	шт	8

2. Технические требования:

- 2.1. Предназначена для биполярной коагуляции
- 2.2. Для инструментов диаметром 5 мм
- 2.3. Совместимость с лапароскопом производства НПФ «Элепс»
- 2.4. Стерилизуемая

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.