

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

ЛОТ №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Электрод для временной стимуляции сердца	штук	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 электрод для временной кардиостимуляции должен быть снабжен раздуваемым баллоном, расположенным между проксимальными и дистальными полюсами электрода, облегчающим установку электрода без использования рентгеновского излучения (не требующий условий рентгенооперационной;

2.2 рентген-контрастные маркеры на расстоянии не менее 10-15мм друг от друга (наличие не менее 2 маркеров);

2.3 шприц для раздутия баллона;

2.4 тип стимуляции биполярный;

2.5 наличие покрытия антитромботического гепаринизированного для профилактики тромбообразования;

2.6 диаметр электрода 5F;

2.7 совместим предлагаемый электрод с интродьюсером 6F;

2.8 длина полезной части электрода не менее 110см;

2.9 наличие стерильности;

2.10 наличие ЭКГ-адаптера, совместимого с временным кардиостимулятором.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности и стерильности с момента поставки должен составлять не менее 60 % от срока годности, стерильности, установленного производителем.